



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
Instituția Medico-Sanitară Publică
SPITALUL CLINIC REPUBLICAN „Timofei Moșneaga”

MD-2025, Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29. Tel.: +373 022 72-85-85; 022 40-36-00; 022 40-34-85. Fax: +373 022 72-90-33,
<http://www.scr.md>; e-mail:scr@ms.md

Proces verbal

Pe data de 08.06.2023 SC Labromed Laborator SRL ” au acordat 2 dispozitive medicale UVC cu scop de testare. Dispozitivele medicale au fost instalate în sala de proceduri în secția Internare și în secția Terapie intensivă malformații cardiace congenitale.

În scopul testării au fost prelevate probe microbiologice pentru investigația aerului pe durata activității secției cu următoarele rezultate:

	07.06.2023	20.06.2023	10.07.2023
Dispozitiv med. I (sec. Internare)	NTG -87 20 col. S. aureus 20 col. Asp. niger 4 col. Penicillium spp	NTG -36 1 col. S. aureus 2 col. Micete de mucegai	NTG – 14 1 col. Micete de mucegai
Dispozitiv med. II (sec. TI MCC)	<u>Izolator</u> NTG – 20 3 col. S. aureus 5col. Asp. niger 2 col. Micete de mucegai <u>Post medici</u> NTG –10 <u>Salon 3</u> NTG – 11 10 col. Micete de mucegai Penicillium spp	<u>Izolator</u> NTG – 12, 2 col. Micete de mucegai <u>Post medici</u> NTG –8, 3 col. Micete de mucegai Penicillium spp <u>Salon 3</u> NTG – 17, 4 col. Micete de mucegai	<u>Izolator</u> NTG – 10, 1 col. Micete de mucegai <u>Post medici</u> NTG –2 1 col. Micete de mucegai <u>Salon 3</u> NTG – 3

Serviciu sanitar - epidemiologic
Prof.