

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1756899569335								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.21)								
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
4	33100000-1	Tensiometru electronic automat Adult	LD30	China	LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG)CO.,LTD.	Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice pompă electrică integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline incluse, + sursa de alimentare de la rețea ~230V Accesorii manșetă pentru adulți, minim 25cm-maxim 45cm - 3 buc	Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive USER MANUAL ROU Tip portabil, pacient adult da Caracteristici tehnice pompă electrică integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice da Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg da UM "Precizia valorilor afișate" sistolic 3 mmHg diastolic 3 mmHg da Memorie internă Stocarea datelor a ultimele 60 de masuratori + valoarea medie a ultimelor 3 masuratori UM Alarma sonora Compartimentul ORDINEA MĂSURĂRII, punctul 5 UM Alimentare baterii alcaline incluse, + sursa de alimentare de la rețea 220V Accesorii manșetă pentru adulți, minim 25cm-maxim 45cm - 3 buc da	Declaratia de conformitate DM000639596
6	33100000-1	Lampa bactericidă UVC ecranată	MED 30 EKLAN	Ucraina	LLC BACTOSFERA	Descriere: Lampă de cuarț pentru sterilizarea aerului în sala de proceduri, sala de operație, salon etc. Alimentare: 220V, 50Hz Montabilă pe tavan sau perete: Obligatoriu Lampă cu tub inclus: Minim 1 tub de 30W, arie de dezinfectare ≥ 20 m² Spectru de raze: UV + vizibil Timpul de funcționare a lămpilor: ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului: Obligatoriu Ecranare care permite utilizarea în prezența oamenilor Obligatoriu	Descriere: Lampă de cuarț pentru sterilizarea aerului în sala de proceduri, sala de operație, salon etc. da Alimentare: 220V, 50Hz da Montabilă pe tavan sau perete: Obligatoriu da Lampă cu tub inclus: Minim 1 tub de 30W, arie de dezinfectare pana 40 m² Spectru de raze: UV + vizibil da Timpul de funcționare a lămpilor: 9000 ore da Lampă germicidă fără eliminarea ozonului: Obligatoriu da Ecranare care permite utilizarea în prezența oamenilor Obligatoriu da	Declaratia de conformitate, ISO DM000624696
8	33100000-1	Stetofonendoscop	STETOSCOPI RAPAPORT	China	WENZHOU KANGSHUN MEDICAL DEVICES CO., LTD	Descriere stetofonendoscop: Stetofonendoscopul este un dispozitiv medical pentru ascultarea terapeutică profesională a organelor interne pentru detectarea zgomotelor. Utilizare: Pentru examinarea adulților și copiilor. Capsulă și arc: Din metal Diametru mare: 40-45 mm Diametru mic: 30-35 mm Lungimea tubului: 55-65 cm Tub: Din PVC, dublu, în formă de Y	Descriere stetofonendoscop: Stetofonendoscopul este un dispozitiv medical pentru ascultarea terapeutică profesională a organelor interne pentru detectarea zgomotelor. da Utilizare: Pentru examinarea adulților și copiilor. da Capsulă și arc: Din metal da Diametru mare: 45 mm Diametru mic: 30 mm Lungimea tubului: 55 cm Tub: Din PVC, dublu, în formă de Y da	Declaratia de conformitate DM000427452

						Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) Parametru: Specificația Display: Date afișate: LCD cu posibilitatea de ajustare a luminozității Alarmer: Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a bateriei Nivelul de ocluzie Evenimente: ≥ 1000 Istorie: Obligatoriu Capacitatea pompei: Diapazonul volumului infuzat: 0.1 - 9999 ml Rata fluxului: Diapazon minim 0.1 - 1200 ml/h Setarea prin incrementare: Începând cu 0.01 ml Regim de lucru KVO (menținerea venei deschise): Diapazon minim 0.1 - 5 ml/h Acuratețea infuziei: $\leq 5\%$ Funcția bolus: Obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus: Diapazon minim 1 - 1200 ml/h Selectarea volumului infuzat: Obligatoriu Selectarea ratei de infuzie: Obligatoriu Calcularea dozei/medicament: Obligatoriu Regim de lucru în flux (setarea fluxului): Obligatoriu	Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) Parametru: Specificația Display: Date afișate: LCD p 13 cu posibilitatea de ajustare a luminozității p 34, punct 8.2.5, 8.2.6 Alarmer: Rata p 10 Volum infuzat p 10 Timpul infuzat p 44, p 10 Rata KVO p 10 Nivelul de încărcare a bateriei p 44 Nivelul de ocluzie p 9 Evenimente: 5000 p 35 Istorie: Obligatoriu p 35 Capacitatea pompei: Diapazonul volumului infuzat: 0.1 - 9999 ml da, p. 10 Rata fluxului: Diapazon minim 0.1 - 1200 ml/h p 9 Setarea prin incrementare: Începând cu 0.01 ml da, p 10 Regim de lucru KVO (menținerea venei deschise): Diapazon minim 0.1 - 5 ml/h p 10 Acuratețea infuziei: 5% p 9 Funcția bolus: Obligatoriu p 9, 10 Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus: Diapazon minim 1 - 1200 ml/h p 9,10 Selectarea volumului infuzat: Obligatoriu p 24, punct 6.2.7 Selectarea ratei de infuzie: Obligatoriu p 24, punct 6.2.8 Calcularea dozei/medicament: Obligatoriu p 26,27 Regim de lucru în flux (setarea fluxului): Obligatoriu p 27, punct	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

14	33100000-1	Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate)	EN-V7 Smart	China	SHENZHEN ENMIND TECHNOLOGY CO., LTD. Trecerea automată în regim de așteptare: Obligatoriu Carcasă: Carcasă ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului: Minim IP23 Nivelul presiunii de ocluzie maxime: Diapazon minim 75 - 750 mmHg, minim 9 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV până la conectarea circuitului la pacient: Obligatoriu Funcție de chemare asistentă: Obligatoriu Blocarea panoului de control: Obligatoriu Alarmă sonoră: Obligatoriu Alarmă vizuală: Obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală: Obligatoriu Setări IV: Protecție la flux liber: Obligatoriu Capacitatea de captare aer: Obligatoriu Alarmă acustică și vizuală: Ocluzie: Obligatoriu Nivelul de ocluzie: Obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real: Obligatoriu Bula de aer: Obligatoriu Eroare de sistem: Obligatoriu Set decuplat: Obligatoriu Rezervor gol: Obligatoriu Ușă deschisă: Obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate: Obligatoriu Infuzia completă: Obligatoriu Baterie descărcată: Obligatoriu Posibilitatea de setare a volumului: Obligatoriu Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă): Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei: Obligatoriu Alimentarea electrică: Rețea electrică: 220 V, 50 Hz, obligatoriu Baterie încorporată: Obligatoriu Durata de operare autonomă: ≥ 5 h la fluxul de 25 ml/h Accesorii: <i>Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.</i> Suport: Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie, obligatoriu Circuite: ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată, da, să se indice codul produsului oferit	7.3.3, p 28, punct 7.3.4 Trecerea automată în regim de așteptare: Obligatoriu p 28, punct 7.3.5, 7.3.6 Carcasă: Carcasă ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului: IP24 p 9 Nivelul presiunii de ocluzie maxime: Diapazon minim 75 - 750 mmHg, minim 9 nivele da Funcția de evacuare a bulei de aer din sistemul IV până la conectarea circuitului la pacient: Obligatoriu p 30 Funcție de chemare asistentă: Obligatoriu p 34 Blocarea panoului de control: Obligatoriu p 33-34 Alarmă sonoră: Obligatoriu p 38, punct 9.1 Alarmă vizuală: Obligatoriu p 38, punct 9.1 Fixarea perfuzorului pe rampă verticală: Obligatoriu p 19 Setări IV: Protecție la flux liber: Obligatoriu p 22-23 Capacitatea de captare aer: Obligatoriu p 38 Alarmă acustică și vizuală: Ocluzie: Obligatoriu p 38 Nivelul de ocluzie: Obligatoriu p 38 Afișarea ocluziei în timp real: Obligatoriu p 29 Bula de aer: Obligatoriu p 30,31,49 Eroare de sistem: Obligatoriu p 50 Set decuplat: Obligatoriu p 12,17,18,42 (punct 10.5) Rezervor gol: Obligatoriu p 17 punct 3.3.1, p 29 Ușă deschisă: Obligatoriu p 49 Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate: Obligatoriu p 14, punct 3.3.1 Infuzia completă: Obligatoriu p 50 Baterie descărcată: Obligatoriu p 14, punct 3.3 Posibilitatea de setare a volumului: Obligatoriu p 33, punct 8.2.2 Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă): Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei: Obligatoriu p 32,50 Alimentarea electrică: Rețea electrică: 100-240 V, 50 Hz, obligatoriu p 10 Baterie încorporată: Obligatoriu p 10 Durata de operare autonomă: 9 h la fluxul de 25 ml/h p 10 Accesorii: <i>Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.</i> Suport: Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie, obligatoriu da Circuite: ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată, da, să se indice codul produsului oferit da	Declaratia de conformitate, CE DM000350499
----	------------	---	-------------	-------	--	---	---

15	0000-1	Pompă de perfuzie cu seringă	FN-S7 Smart	China	SHENZHEN ENMIND	Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) Caracteristici generale: Tipul: Cu un canal Display: LCD cu posibilitatea de ajustare a luminozității Mâner încorporat: Obligatoriu Display: Date afișate: Viteza de infuzie: Obligatoriu Volumul de infuzie: Obligatoriu Timpul până la final de infuzie: Obligatoriu Mărimea seringii: Obligatoriu Nivelul de ocluzie: Obligatoriu Rata KVO: Obligatoriu Data, ora: Obligatoriu Nivelul de încărcare a bateriei: Obligatoriu Evenimente: Obligatoriu Alarmer: Obligatoriu Proprietățile pompei: Rata fluxului: Diapazon 0.1 - 999 ml/h Pasul de incrementare: ≤ 0.01 mL/h Dozarea bolusului: Diapazon minim 0.01 - 1800 ml/h Rata KVO: Diapazon minim 0.01 - 3 ml/h Acuratețea: ≤ 2% Compatibil cu toate mărimile de seringi solicitate produse de diferiți producători: Minim 8 producători, cu prezentarea listei de producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă: Obligatoriu Seringi acceptate: 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml Detectare automată a seringii: Obligatoriu Nivelul presiunii de ocluzie maxime: Minim 4 nivele Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv: Minim IP24 Moduri de infuzie: Rata de perfuzie: Obligatoriu Dozarea în timp: Obligatoriu Modul crescător și descrescător: Obligatoriu	Pompă de perfuzie cu seringă (caracteristici avansate) Caracteristici generale: Tipul: Cu un canal da Display: LCD cu posibilitatea de ajustare a luminozității LCD- p 14, luminozitate - p 32, punct 8.2.5,8.2.6 Mâner încorporat: Obligatoriu p 12 Display: Date afișate: Viteza de infuzie: Obligatoriu p 23-24 Volumul de infuzie: Obligatoriu p 23-24 Timpul până la final de infuzie: Obligatoriu p 23-24 Mărimea seringii: Obligatoriu p 23-24 Nivelul de ocluzie: Obligatoriu p 23-24 Rata KVO: Obligatoriu p 10 Data, ora: Obligatoriu p 23-24 Nivelul de încărcare a bateriei: Obligatoriu p 23-24 Evenimente: Obligatoriu p 33 Alarmer: Obligatoriu p 23-24 Proprietățile pompei: Rata fluxului: Diapazon 0.1 - 999 ml/h p 9 Pasul de incrementare: ≤ 0.01 mL/h p 10 Dozarea bolusului: Diapazon minim 0.01 - 1800 ml/h p 10 Rata KVO: Diapazon minim 0.01 - 3 ml/h p 10 Acuratețea: 2% p 10 Compatibil cu toate mărimile de seringi solicitate produse de diferiți producători: Minim 8 producători, cu prezentarea listei de producători p 30 Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă: Obligatoriu p 30 Seringi acceptate: 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml p 9 Detectare automată a seringii: Obligatoriu p 20-21 Nivelul presiunii de ocluzie maxime: 9 nivele p 28 Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv: IP24 p 9 Moduri de infuzie: Rata de perfuzie: Obligatoriu p 9 Dozarea în timp: Obligatoriu p 24-25	Declaratia de conformitate CE
----	--------	------------------------------	-------------	-------	-----------------	---	--	-------------------------------

13	3310C	(caracteristici avansate)	ENFSI Smart	China	TECHNOLOGY CO., LTD.	Modul crescător și descrescător: Obligatoriu Alarmer și indicatori: Ocluzie: Obligatoriu Eroare de sistem: Obligatoriu Seringă goală: Obligatoriu Perfuzia pe sfârșite: Obligatoriu Baterie descărcată: Obligatoriu Alarmă sonoră: Volum reglabil: Obligatoriu Buton mod silențios: Obligatoriu Jurnalul de evidență: Evenimente stocate: Butoane apăstate: Obligatoriu Coduri de eroare: Obligatoriu Alarmer: Obligatoriu Medicamente injectate: Obligatoriu Cantitatea infuzată: Obligatoriu Setări: Obligatoriu Bolus solicitat: Obligatoriu Alimentarea: Rețea electrică: 220 V, 50 Hz, obligatoriu Baterie internă: Reîncărcabilă, obligatoriu Timp de operare: ≥ 5 h la 5 mL/h Accesorii: <i>Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferțate de operatorul economic.</i> Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată: Suport: Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie, obligatoriu Seringi: 50 ml, 100 buc., să se indice codul produsului oferit Circuite: Circuit de interconectare a seringii, 100 buc., să se indice codul produsului oferit	Dozarea în timp: Obligatoriu p 24-25 Modul crescător și descrescător: Obligatoriu da p 25,46 Alarmer și indicatori: Ocluzie: Obligatoriu p 47 Eroare de sistem: Obligatoriu p 47 Seringă goală: Obligatoriu p 47 Perfuzia pe sfârșite: Obligatoriu p 47 Baterie descărcată: Obligatoriu p 15,47 Alarmă sonoră: Volum reglabil: Obligatoriu p 31 Buton mod silențios: Obligatoriu p 31 Jurnalul de evidență: Evenimente stocate: Butoane apăstate: Obligatoriu p 33 Coduri de eroare: Obligatoriu p 47,48 Alarmer: Obligatoriu p 23, 37 Medicamente injectate: Obligatoriu p 23,27 Cantitatea infuzată: Obligatoriu p 9 Setări: Obligatoriu p 27 Bolus solicitat: Obligatoriu p 9,10 Alimentarea: Rețea electrică: 100-240 V, 50 Hz, obligatoriu Baterie internă: Reîncărcabilă, obligatoriu p 42 Timp de operare: 12 h la 5 mL/h p 10-11 Accesorii: <i>Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferțate de operatorul economic.</i> Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată: Suport: Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie, obligatoriu p 17 Seringi: 50 ml, 100 buc., seringi pentru perfuzor Circuite: Circuit de interconectare a seringii, 100 buc., cablu de alimentare (europlug) p 17	Comonitate, CE DM000350501
						Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510 Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD p 13 posibilitatea de ajustare a luminozitatii p 34, punct 8.2.5, 8.2.6 Alarmer p 10 Rata p 10 Volum infuzat p 10 Timpul infuzat p 10, 44 Rata KVO p 10 Nivelul de încărcare a bateriei p 44 Nivelul de ocluzie p 9 Evenimente 5000 p 35 Istoria p 35		

22	33100000-1	Pompe de infuzie volum mare (caracteristici avansate) cod generic 130510	EN-V7 Smart	China	SHENZHEN ENMIND TECHNOLOGY CO., LTD.	Istoria Data, ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului diapazon min. 0.1-1,500 ml/h Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise diapazon min. 0.1 - 5 ml/h Acuratetia infuziei ≤5 % Funcția bolus obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h Selectarea volumului infuzat obligatoriu Selectarea ratei de infuzie obligatoriu Calcularea dozei/medicament obligatoriu Regim de lucru în flux (setarea fluxului) obligatoriu Trecerea automată în regim de așteptare obligatoriu Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunii de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg min. 9 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient obligatoriu Funcție de chemare asistentă obligatoriu Blocarea panoului de control obligatoriu Alarma sonora obligatoriu Alarma vizuala obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu Capacitatea de captare aer obligatoriu Alarmă acustică și vizuală Ocluzie obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu	Data, ora p 33 Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml da, p 10 Rata fluxului diapazon min. 0.1-2000 ml/h p 9 Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml p 10 Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise diapazon min. 0.1 - 5 ml/h p 10 Acuratetia infuziei 5 % p 9 Funcția bolus obligatoriu p 9,10 Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 2000 ml/h p 9,10 Selectarea volumului infuzat obligatoriu p 24, punct 6.2.7 Selectarea ratei de infuzie obligatoriu p 24, punct 6.2.8 Calcularea dozei/medicament obligatoriu p 26,27 Regim de lucru în flux (setarea fluxului) obligatoriu p 27 punct 7.3.3, p 28 punct 7.3.4 Trecerea automată în regim de așteptare obligatoriu p 28 punct 7.3.5, 7.3.6 Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului minim IP24 p 9 Nivelul presiunii de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg min. 9 nivele da Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient obligatoriu p 30 Funcție de chemare asistentă obligatoriu p 34 Blocarea panoului de control obligatoriu p 33-34 Alarma sonora obligatoriu p 38, punct 9.1 Alarma vizuala obligatoriu p 38, punct 9.1 Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu p 19 Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu p 22-23 Capacitatea de captare aer obligatoriu p 38 Alarmă acustică și vizuală Ocluzie obligatoriu p 38 Nivelul de ocluzie obligatoriu n 38	Declaratia de conformitate, CE DM000350499
----	------------	--	-------------	-------	--------------------------------------	---	---	---

						Alarmă de flux obligatoriu Bula de aer obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Set decuplat obligatoriu Rezervor gol obligatoriu Ușă deschisă obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu Infuzia completă obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu Mod silence a alarmei obligatoriu Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu Programe de analiză presetate obligatoriu Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie incorporata obligatoriu Durata de operare autonoma ≥ 6 h la fluxul de 25ml/h Acesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferitate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu, indicați modelul oferit Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată obligatoriu, indicați modelul oferit	Alarmă de flux obligatoriu p 29 Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu p 29 Alarmă de flux obligatoriu p 24 Bula de aer obligatoriu p 30,31,49 Eroare de sistem obligatoriu p 50 Set decuplat obligatoriu p 12,17,18,42 (punct 10.5) Rezervor gol obligatoriu p 14 punct 3.3.1, p 29 Ușă deschisă obligatoriu p 49 Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu p 14, punct 3.3.1 Infuzia completă obligatoriu p 50 Baterie descărcată obligatoriu p 14, punct 3.3.1 Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu p 33, punct 8.2.2 Mod silence a alarmei obligatoriu p 10,33,38 punct 9.1 Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu p 32,50 Programe de analiză presetate obligatoriu Alimentarea electrică Rețea electrică 100-240 V, 50 Hz obligatoriu Baterie incorporata obligatoriu p 10 Durata de operare autonoma 9 h la fluxul de 25ml/h p 10 Acesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferitate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu, indicați modelul oferit p 17 Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată obligatoriu, indicați modelul oferit - cablu de alimentare (europlug) p 17
Numele, Prenumele Stela POTINGA						În calitate de: Administrator	
Ofertantul: <u>SA TEHOPTIMED</u> Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova							