

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1615895810700	Data: 18 aprilie 2021	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 1)”	Pozitia Nr.: <u>4.1</u>	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						

33100000-1	Statie de diagnostic pentru examinari Mamografice (poziția 4.1)	Med Mammo	Franta	Medecom	<p>Denumirea Specificatia tehnica Solutie Software Min. 1 cheie licențiată da Noduri de conexiune Printer DICOM Bază de date pacienți da Măsurări "Distanță, Raport, Zonă de interes" Adnotări da Zoom/Pan Dinamic/static Sincronizat cu detectare automată pe imaginile colaterale da Funcții: Afișarea informație densitate glandă mamară da Regim de histogramă da Detectare automată simetrie da Imagine inversată da Manager de protocoale presetabil da Detectare automată tegumentului da Linii de referință pentru corelație proiecții CC și MLO da Vizualizare simultană pentru investigațiile anterioare și cele curente da Alinierea automată a mamelonului da Export - NOD PACS da Import CD/USB/DVD Printare DICOM da Suport Monitoare concomitent - min. 3 unități da Monitor medical mamografic Monitor medical mamografic 2 buc.</p>	<p>Denumirea Specificatia tehnica Software : 1 cheie licențiată da Noduri de conexiune Printer DICOM Bază de date pacienți da Măsurări "Distanță, Raport, da Zonă de interes" da Adnotări da Zoom/Pan Dinamic/static,da Sincronizat cu detectare automată pe imaginile colaterale da Funcții: Afișarea informație densitate glandă mamară da Regim de histogramă da Detectare automată simetrie da Imagine inversată da Manager de protocoale presetabil da Detectare automată tegumentului da Linii de referință pentru corelație proiecții CC și MLO da Vizualizare simultană pentru investigațiile anterioare și cele curente da Alinierea automată a mamelonului da Export - NOD PACS da Import CD/USB/DVD,da Printare DICOM da Suport Monitoare concomitent - 3 unități da Monitor medical mamografic JUSHA M550G 5 Mgpixel- 1 buc Monitor medical mamografic JUSHA</p>	CE, ISO
------------	--	------------------	---------------	----------------	--	--	----------------

				<p>Dimensiune margini laterale ramă monitor max 8mm Dimensiune min. 21 inch. Tip Matrice IPS da Rezoluție min. 2048x2560 pixeli Unghi de vizualizare min. 178°/178° Luminozitate min. 2000 cd/m2 Raport Contrast min. 1600:1 Timp de raspuns min. 10ms Funcții: Senzor de prezență da Senzor de lumină da Monitor pentru gestiune bază de date și instrumente de lucru cu imaginea Dimensiune: min. 21inch Rezoluție min. 1920x1080 Luminozitate min. 200 Contrast min. 600:1 Unitate de lucru RAM min. 8GB HDD ≥ 2TB CPU ≥ 5 nuclee Video Cartelă RAM min 2GB Monitoare conectate simultan min. 4 Compatibila cu monitoarele oferite da</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant) *Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de</p>	<p>M550G-1 buc. Dimensiune margini laterale ramă monitor max 8mm Dimensiune 2,3 inch. Tip Matrice IPS da Rezoluție min. 2048x2560 pixeli Unghi de vizualizare 178°/178° Luminozitate 2500 cd/m2 Raport Contrast min. 1700:1 Timp de raspuns 12ms Funcții: Senzor de prezență da Senzor de lumină da Monitor pentru gestiune bază de date și instrumente de lucru cu imaginea Dimensiune: 2,3 inch Rezoluție 1920x1080 Luminozitate 250 Contrast 600:1 Unitate de lucru RAM 8GB HDD - 2TB CPU - 5 nuclee Video Cartelă RAM 2GB Monitoare conectate simultan 4 Compatibila cu monitoarele oferite da</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant) *Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative:</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p>	<p>*Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ANCOTEC-SISTEM SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

Data 16.04.2021