

Specificația de preț (Anexa 22)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	8	9	10
Lotul 1							
	Lucrări de mentenanță preventivă pentru compresorul de aer medical «BOGE KOMPRESSOREN» S20-2 (2 unități)	-	-	-	Înlocuirea uleiului (10 litri * 2 compres.)	Înlocuirea uleiului (10 litri * 2 compres.)	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuirea filtrului de ulei	Înlocuirea filtrului de ulei (filtru inclus)	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuirea filtrului separatorului	Înlocuirea filtrului separatorului de ulei (filtru inclus)	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuirea filtrului de aer compresoare	Înlocuirea filtrului de aer compresoare (filtru inclus)	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuire termostat	Înlocuire termostat	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuirea supapei de admisie	Înlocuirea supapei de admisie	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuirea curelelor de transmisie (set din 3 unități)	Înlocuirea curelelor de transmisie (set din 3 unități)	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuirea supapei de presiune minimă	Înlocuirea supapei de presiune minimă	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuirea filtrului de panou	Înlocuirea filtrului de panou de aer (filtru inclus)	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuirea filtrului de particule și vapori de ulei, model 020ACS	Înlocuirea filtrului de particule și vapori de ulei, model compatibil	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuirea filtrului de particule și vapori de ulei, model 030AR	Înlocuirea filtrului de particule și vapori de ulei, model compatibil	Certificat de Training
		-	-	-	Verificarea punctului de rouă, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat	Verificarea punctului de rouă, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de aer comprimat	Certificat de Training

Specificația de preț (Anexa 22)

Lotul 2							
	Lucrări de mentenanță preventivă pentru Generatorul de Oxigen «INMATEC» IMT-PO 34500V I. Compresor Bottarini KS 97	-	-	-	Înlocuire ulei 40 l	Înlocuire ulei 40 l	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuire cartuș filtru de ulei KS97	Înlocuire cartuș filtru de ulei KS97	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuire filtru de aspirare KS 96 KDV37	Înlocuire filtru de aspirare KS 96	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuire filtru de separare de ulei KS 96 G471063	Înlocuire filtru de separare de ulei KS 96	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuire garnitură pentru filtru de separare de ulei DS55-75	Înlocuire garnitură pentru filtru de separare de ulei	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuirea valvei termostatică, 71 °C	Înlocuirea valvei termostatică, 71 °C	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuire kit de mentenanță pentru valva de presiune minimă	Înlocuire kit de mentenanță pentru valva de presiune minimă	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuire mufă de alamă pentru scurgerea uleiului de ½"	Înlocuire mufă de alamă pentru scurgerea uleiului de ½"	Certificat de Training
		-	-	-	Înlocuire cartuș pentru filtru F070W	Înlocuire cartuș pentru filtru F070W	Certificat de Training
	II. Sistem de filtrare a gazului	-	-	-	Înlocuire set filtre complete cu indicator de colmatare pentru filtrare aer de 1 micron; 0.01 microni; 0.01 microni carbune (ulei rezidual 0.005 mg/m3); 1 micron particole solide. Capacitate filtrare aproximativ 200 m3/h., Modele: NEA222MFO NEA222SMA NEA222CA NEA222RD1	Înlocuire set filtre complete cu indicator de colmatare pentru filtrare aer de 1 micron; 0.01 microni; 0.01 microni carbune (ulei rezidual 0.005 mg/m3); 1 micron particole solide. Capacitate filtrare aproximativ 200 m3/h., Modele Compatibile cu sistemul Bottarini	Certificat de Training
		-	-	-	Purja de condens de aproximativ 210m3/h	Purja de condens de aproximativ 210m3/h	Certificat de Training
		-	-	-	Set filtre la intrarea in generatorul de oxigen cu indicator de colmatare. Capacitate minim 700	Set filtre la intrarea in generatorul de oxigen cu indicator de colmatare. Capacitate minim 700 m3/H, filtru	Certificat de Training

Specificația de preț (Anexa 22)

					m3/H, filtru particule 0.01 micron și filtru cărbune. Model NEA222RD1, NEA218HST	particule 0.01 micron și filtru cărbune. Modele compatibile cu sistemul Bottarini	
		-	-	-	Set filtre la ieșirea din rezervorul de oxigen cu indicatori de colmatare. Capacitate minim 170 m3/h. Filtru particule de 1 micron + filtru steril. Model NEA222RD1, NEA218HST	Set filtre la ieșirea din rezervorul de oxigen cu indicatori de colmatare. Capacitate minim 170 m3/h. Filtru particule de 1 micron + filtru steril. Modele compatibile cu sistemul Bottarini	Certificat de Training
		-	-	-	Set de curele pentru compresor Bottarini KS 97	Set de curele pentru compresor Bottarini KS 97	Certificat de Training
		-	-	-	Verificarea punctului de rouă, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen	Verificarea punctului de rouă, temperatura, presiunea și umiditatea la ieșirea rezervorului de oxigen	Certificat de Training

Semnat electronic

Numele, Prenumele: **Loghinov Rodion**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SC „Moldan Service” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Șciusev 16, of. 2**