

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21617225/ ocds-b3wdp1-MD-1778503914991 din 20.05.2026

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile p-u Terapia Intravenoasă de Termoreglare - 2026, conform necesitatilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33180000-5	1	1. Kit inițiere terapie intensivă, monitorizare termică intravenoasă pentru Thermogard XP	Kit inițiere terapie intensiva monitorizare termica intravenoasa pentru Thermogard XP "Start-Up Kit (CG-500D) (8700-0784-01)	SUA	ZOLL	1. Kit inițiere terapie intensivă, monitorizare termică intravenoasă pentru Thermogard XP. 1. Porțiunea pentru schimbul termic, care să includă spirală din oțel inoxidabil incorporate în tubulatură; 2. Porțiune destinată inserției în pompa periclitică a aparatului de Monitoring Termic, care să conștie în tubulatura ajustată, prevăzută cu capcană de aer; 3. Porțiune intermediară dintre pacient și parte Kitului responsabilă de control termic, să includă: tubulatura - ce se termină cu 2 porturi Luer pentru conectarea la pacient. 4. Să fie dotat cu indicator mecanic de funcționare.	Kit inițiere terapie intensivă, monitorizare termică intravenoasă pentru Thermogard XP. 1. Porțiunea pentru schimbul termic, include spirală din oțel inoxidabil incorporate în tubulatură; 2. Porțiune destinată inserției în pompa periclitică a aparatului de Monitoring Termic, care consta în tubulatura ajustată, prevăzută cu capcană de aer; 3. Porțiune intermediară dintre pacient și parte Kitului responsabilă de control termic, include: tubulatura - ce se termină cu 2 porturi Luer pentru conectarea la pacient. 4. Dotat cu indicator mecanic de funcționare.	ISO, CE
33180000-5	2	2. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 3 BALONAȘE pentru Thermogard XP	Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 3 BALONAȘE pentru Thermogard XP- Icy® (8700-0782-40)	SUA	ZOLL	2. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 3 BALONAȘE pentru Thermogard XP. 1.Să posedă 2 porturi Luer pentru ajustarea cu Kitul de inițiere a terapiei de monitorizare termică intravenoasă; 2. Să posedă 3 porturi pentru infuzie, diametrul extern 9.3 FR, lungime 38 cm; 3. Să posedă 3 balonașe (lungime 80mm) pentru recircularea soluției de răcire; 4. Cateterele să fie realizate din material hipoalergen, radioopac, preheparinizate, MRT compatibil.	Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 3 BALONAȘE pentru Thermogard XP. 1.Posea 2 porturi Luer pentru ajustarea cu Kitul de inițiere a terapiei de monitorizare termică intravenoasă; 2. Posea 3 porturi pentru infuzie, diametrul extern 9.3 FR, lungime 38 cm; 3. Posea 3 balonașe (lungime 80mm) pentru recircularea soluției de răcire;	ISO, CE
33180000-5	3	3. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 1 BALONAȘ pentru Thermogard XP	Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 1 BALONAȘ pentru Thermogard XP Cool Line Catheter (8700-0781-40)	SUA	ZOLL	3. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 1 BALONAȘ pentru Thermogard XP. 1. Să posedă 2 porturi Luer pentru ajustarea cu Kitul de inițiere a terapiei de monitorizare termică intravenoasă; 2. Să posedă 3 porturi pentru infuzie, diametrul extern 9.3 FR, lungime 20 cm; 3.Să posedă 1 balonașe (lungime 80mm) pentru recircularea soluției de răcire; 4. Cateterele să fie realizate din material hipoalergen, radioopac, preheparinizate, MRT compatibil.	Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 1 BALONAȘ pentru Thermogard XP. 1. Posea 2 porturi Luer pentru ajustarea cu Kitul de inițiere a terapiei de monitorizare termică intravenoasă; 2. Posea 3 porturi pentru infuzie, diametrul extern 9.3 FR, lungime 20 cm; 3.Posea 1 balonaș (lungime 80mm) pentru recircularea soluției de răcire; 4. Cateterele vor fi realizate din material hipoalergen, radioopac, preheparinizate, MRT compatibil.	ISO, CE
33180000-5	4	4. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 4 BALONAȘE pentru Thermogard XP	Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 4 BALONAȘE pentru Thermogard XP Quattro® (8700-0783-40)	SUA	ZOLL	4. Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 4 BALONAȘE pentru Thermogard XP. 1. Să posedă 2 porturi Luer pentru ajustarea cu Kitul de inițiere a terapiei de monitorizare termică intravenoasă; 2. Să posedă 3 porturi pentru infuzie, diametrul extern 9.3 FR, lungime 45 cm; 3. Să posedă 4 balonașe (lungime 80mm) pentru recircularea soluției de răcire; 4. Cateterele să fie realizate din material hipoalergen, radioopac, preheparinizate, MRT compatibil.	Cateter intravenos pentru procedura de monitorizare termică intravenoasă cu 4 BALONAȘE pentru Thermogard XP. 1. Posea 2 porturi Luer pentru ajustarea cu Kitul de inițiere a terapiei de monitorizare termică intravenoasă; 2. Posea 3 porturi pentru infuzie, diametrul extern 9.3 FR, lungime 45 cm; 3. Posea 4 balonașe (lungime 80mm) pentru recircularea soluției de răcire; 4. Cateterele sunt realizate din material hipoalergen, radioopac, preheparinizate, MRT compatibil.	ISO, CE

33180000-5	5	5.Sonda urinară pentru monitoring termic pentru Thermogard XP	Sonda urinara pentru monotoring termic pentru Thermogard XP	SUA	ZOLL	5.Sonda urinară pentru monitoring termic pentru Thermogard XP. Sonda urinară pentru monitoring termic. Să posede sensor pentru termometrie, mărimea CH/FR 16-18.	Sonda urinară pentru monitoring termic pentru Thermogard XP. Sonda urinară pentru monitoring termic. Poseda sensor pentru termometrie, mărimea CH/FR 16-18.	ISO, CE
------------	---	---	--	-----	------	--	--	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ceacovschi Tudor** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**GBG-MLD**" SRL Adresa: **or. Chisinau, str. Albisoara 64/2, tel 0-22--54-73-73**