

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în						
Numărul licitației:			LP nr. 21350971 / ocds-b3wdp1-MD-1737385412965					Data: „11” FEBRUARIE 2025	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Hrușova						Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
33100000-1	2	Centrifuga	Centrifuga	EBA 200	Germania	Andreas Hettich	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm 100-200 Maximală, rpm 3500-6000 Posibilitatea setării vitezei obligatoriu Capacitatea rotorului: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori vizual și acustic obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm 200 Maximală, rpm 6000 Posibilitatea setării vitezei obligatoriu Capacitatea rotorului: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8 tuburi Timer: Diapazon minim de timp 1 - 99 min, sau continuu Incrementarea 1 min Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori vizual și acustic obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot 50 dB obligatoriu	DM00073929 6

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: Mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2