

Specificații tehnice (F4.1)

Licitatie publica:21039988

Mentenanța dispozitivelor medicale conform necesităților pentru anul 2021 (repetat)

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 1.1						
50421000-4	Microscop pentru intervenții chirurgicale (Mentenanță corectivă)	HS Hi-R NEO 700	Germany	<u>HAAG-STREIT</u> <u>SURGICAL</u>	—Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspecțiavizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor tehnice cît și cele de program ; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a	—Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspecțiavizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia;—Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor;—Înlăturarea tuturor defectelor tehnice cît și cele de program ;—Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Numărul de servicii unitare pe an: 2	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive

Numele, Prenumele:Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec”SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37