

Destinatar: Agenția Națională pentru Sănătate Publică,

Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, MD- 2028, str. Asachi Gh., 67A

Anexa 22

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1652788110990**

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea serviciilor de reparație a utilajului medical al ANSP (repetat)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lot 1						
Lot 1 Generator de hidrogen PEAK Scientific seria HF 15-02-1852	Generator de hidrogen PEAK Scientific seria HF 15-02-1852	Marea Britania	PEAK Scientific	Diagnostică, reparația, testarea conform documentelor tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed central)	1. Servicii de diagnostică conform documentației tehnice a aparatului pentru evaluarea stării tehnice a echipamentului de laborator cu emiterea actului de diagnosticare. 2. Deservirea/reparația echipamentului conform rezultatelor diagnosticului, cu utilizarea pieselor de schimb furnizate de beneficiar la fața locului. Lista consumabilelor de schimb se	

					stabilește după diagnostică și se livrează opțional. ANSP (sed central)	
Lot 15						
Lot 15 Cromatograf cu gaze Agilent7890 B cu detector FID nr. CN 13433044 SUA	Cromatograf cu gaze Agilent7890 B cu detector FID nr. CN 13433044 SUA	SUA	Agilent Technologies	Diagnostică, reparația, conform documentelor tehnice a aparatului, Ajustarea dozării pentru injector, curățarea coloanei de lucru. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău	1. Servicii de diagnostică conform documentației tehnice a aparatului pentru evaluarea stării tehnice a echipamentului de laborator cu emiterea actului de diagnosticare. 2. Deservirea/reparația echipamentului conform rezultatelor diagnosticului, cu utilizarea pieselor de schimb furnizate de beneficiar la fața locului. 3. Ajustarea dozării pentru injector, curățarea coloanei de lucru. Lista consumabilelor de schimb se stabilește după diagnostică și se livrează opțional. CSP Chișinău	

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**