



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. ... /

Compania Linde Gaz Romania, producător și distribuitor de gaze tehnice, alimentare și medicinale declară pe proprie răspundere că, produsul **acetilenă flamfotometrie** poate fi utilizat în scopuri industriale, îndeplinind condițiile în acest sens.

Această declarație este susținută de certificarea sistemului de management al calității ISO 9001. Produsul **acetilenă flamfotometrie** este în conformitate cu prevederile interne Linde.

Data livrării / factura:.....

Client:.....

Identificare butelie / baterie / vas crio (Cod bare):.....

Data fabricației:.....

SPECIFICAȚII PRODUS

Component analizat	Valori impuse
Acetilenă	$\geq 99,6 \%$
Azot	$\leq 0,4 \%$
PH3	$\leq 5 \text{ ppm}$
Hidrogen sulfurat	$\leq 5 \text{ ppm}$

Presiunea minimă de utilizare: 5 bar

Valabilitate: 5 ani de la data fabricației

Valorile exprimate în % sau ppm trebuie interpretate ca părți ideale pe volum. Toate indicațiile volumelor se raportează la $p=1 \text{ atm}$ și $T=273 \text{ K}$

Manager Calitate,
Minodora IACOB

