

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1769697922840						Data: „___”	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 2)							
Cod	Nr.	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul	Țara de	Produ-	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația	standarde de
33100 000-1	5	Unitate electro-chirurgicală	Unitate electro-chirurgicală	SEAL 2, V10GMS	Franta	Lamidey Noury	"Unitate electro-chirurgicală: Porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilare vaselor; Suportă moduri de lucru avansate, cu putere reglabilă, adaptabile în funcție de impedența țesuturilor. Funcție de autotestare automată la pornire Afișare digitală a parametrilor de lucru. Indicatori vizuali și acustici pentru activare, eroare sau finalizare cicluri. Control al volumului semnalelor sonore. Posibilitatea de salvare și încărcare a programelor personalizate (programe de utilizator). Recunoaștere automată a instrumentelor conectate (manipulează automat setările corespunzătoare). Software integrat pentru rezecție bipolară în mediu salin. Compatibilitate cu comutatoare de picior pentru modurile: Monopolar (tăiere/coagulare) Bipolar (coagulare, rezecție). Sigilare vasculară/plasma Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere pură: min. 330 W / 200 Ohm. Tăiere cu hemostază (blend): min. 200 W / 200 Ohm. Coagulare tip spray (fulgurate): min. 100 W / 5000hm. Coagulare moale: min. 120 W / 75 Ohm. Coagulare cu argon (dacă este oferită): min. 100 W / 500 Ohm Bipolar: Coagulare în mediu salin: min. 120 W / 25 Ohm. Coagulare forțată: min. 100 W / 50 Ohm. Coagulare moale: min. 100 W / 30 Ohm. Rezecție salină: min. 230 W / 25 Ohm Sigilare vaselor (fuziune de țesut, sigilarea vaselor de legătură sau echivalent): Putere: min. 140 W / 25 Ohm. Capacitatea de a sigila vase de sânge și limfatice de până la 7 mm în diametru. Electrode reutilizabile - 1 buc; Mâner monopolar reutilizabil (creion) pentru electrod, cu cel puțin două butoane de operare 1 buc Set de electrozi (min. 3 buc.) de diferite dimensiuni și forme (minge, lama, ac) - 2 buc Cablu monopolar de cel puțin 3 m. lungime (pentru conectarea instrumentelor laparoscopice) -2 buc"	Conform Anexei 5	DM000530446

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorhe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL, Adresa: Durlesti, Vasile Lupu 6.