



MD – 2020, or. Chișinău,  
srt. Calea Orheiului 111/5  
tel. 406 - 299; 406 – 282,  
tel./fax. 406 – 271  
GSM 069140864  
[www.becor.md](http://www.becor.md)

МД 2020, г. Кишинэу,  
ул. Калеа Орхейулуй 111/5  
тел. 406 - 299; 406 - 282  
факс. 406 - 271  
GSM 069140864  
[www.becor.md](http://www.becor.md)

Nr :15/21

Data:26.02.2021

Către: IMSP SCBI T. Ciorba

In atenția : Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura de licitație publică nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1612945167229 din 03.03.2021 pentru achiziționarea reagenți și consumabile de  
laborator conform necesităților IMSP SCBI T. Ciorba pentru anul 2021

## Declarație

Prin prezenta, confirmam:

### Cerințe unice pentru reagenți:

- Certificatul de calitate prezentat de un laborator internațional
- Trusele să fie aprobate de Comunitatea Europeană cu marca CE, TUV, GMP.
- In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție
- Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru
- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni
- Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.
- In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,5% confirmate de un laborator internațional de referință.
- Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi câte un godeu.
- Să fie posibil de a testa câte o probă.
- Sa fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.
- Sa fie inclus , în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor.
- Sa fie o singură diluție a serului/plasmei până la reacție

Mulumim pentru colaborare!

Cu considerație,

Iurie Bezer  
Director ,IM Becor SRL  
Ex.Lazari Cristina

