

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Raional Cahul

adresa: MD3909, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1666612218755 din 23.11.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2023

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 22.11.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Spitalul Raional Cahul
adresa: MD3909, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2023"
prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1666612218755 din 23.11.2022
pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 22.01.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 22.11.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1666612218755 din 23.11.2022		
Obiectul achiziției:						Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2023		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Lotul 3: Specificații standard a reagenților pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis.	Soluție Diluent (set 20 L canistra)	M-52D Diluent	China	Mindray	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set.	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO, CE
3.2		DIFF Lyse (set 500 mlx4) flacon	M-52DIFF Lyse	China	Mindray	Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferență (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).	Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferență (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).	ISO, CE
3.3		LH Lyse (set 100 mlx4) flacon	M-52LH Lyse	China	Mindray	Instrucțiuni privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Nota: 1. Prioritatea se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu!	Instrucțiuni privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Nota: 1. Prioritatea se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu!	ISO, CE
3.4		Probe Cleanser (set 50 ml) flacon	M-68 Probe Cleanser	China	Mindray	Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător. 2. Ofertanții vor demonstra ca reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc)	Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți, adică să fie de la același producător. 2. Ofertanții vor demonstra ca reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc)	ISO, CE
3.5		BC-5D Hight/Normal/Low/En 3 ml*3, flacon	BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	China	Mindray			ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1666612218755 din 23.11.2022							
Obiectul achiziției:					Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2023							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1	Lotul 3: Specificații standard a reagenților pentru investigații hematologice pentru Analizator 5 Diff BC-5150 tip deschis.	Soluție Diluent (set 20 L canistra)	55	set	935.03	1 009.83	51 426.65	55 540.65	Termenul de livrare la comandă, după necesități în termen de 10 zile pe parcursul anului 2023.	33600000-6	-	-
3.2		DIFF Lyse (set 500 mlx4) flacon	20	set	5 736.51	6 195.43	114 730.20	123 908.60		33600000-6	-	-
3.3		LH Lyse (set 100 mlx4) flacon	20	set	3 801.30	4 105.40	76 026.00	82 108.00		33600000-6	-	-
3.4		Probe Cleanser (set 50 ml) flacon	35	set	443.62	532.34	15 526.70	18 631.90		33600000-6	-	-
3.5		BC-5D Hight/Normal/Low/En 3 ml*3, flacon	52.5	ml	294.87	318.46	15 480.68	16 719.15		33600000-6	-	-
						TOTAL Oferta	273 190.23	296 908.30				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1666612218755 din 23.11.2022
din cadrul IMSP Spitalul Raional Cahul**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va prezenta mostre in decurs de 3 zile

Data completării: 22.11.2022

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____
(semnătura)