

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1617968619635						Data: 20.05.2021	
Denumirea licitației: <i>Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 2)</i>						Lot: 5	Pagina: _1_din 3
Cod CPV	Nr . Lot	Denumire Lot	Model ul articol ului	Țara de origin e	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
3310000-1	5	Lămpa chirurgicala pentru sala de operație cu prindere tavan	Unica 520	Italia	Rimsa P. Longoni S.R.L.	Lămpa chirurgicala pentru sala de operație cu prindere tavan Parametru Specificare Gradul de iluminare a unei suprafețe 120,000-160,000 lux Diametrul câmpului de iluminare 22 – 30 cm (optiuni: circular sau oval) Reglarea câmpului de lucru "Reglarea mărimii câmpului de lucru și iluminarea menținând o temperatură de culoare dată "temperatura de culoare 3800 – 4800 K, variabil ReglabilăIndicele de redare a culorilor 95 Adâncimea iluminării > 80 cm Surse de lumină LED-uri performante prevenirea aparitiei umbrelor de culoare Durata de viață a LED-urilor 25,000 ore Operare Sterilă prin senso Grip Nesteril prin intermediul panoului sensoTouchApertura 1,8 – 2,1Senzor 1/3 tip HD CMOSFocalizarea Automată inclusă Balans de alb Automat /manual Nivel de strălucire Automat /manualSignalul Video SD NTSC (CROP), NTSC (SQUEEZE); PALUmeditate de lucru de la 20% până la	Lămpa chirurgicala pentru sala de operație cu prindere tavan Parametru Specificare Gradul de iluminare a unei suprafețe 120,000-160,000 lux Diametrul câmpului de iluminare 21- 35 cm (optiuni: circular sau oval) Reglarea câmpului de lucru "Reglarea mărimii câmpului de lucru și iluminarea menținând o temperatură de culoare dată"temperatura de culoare 3800 – 5000 K, variabil Reglabilă Indicele de redare a culorilor 96 Adâncimea iluminării = 103 cm Surse de lumină LED-uri performante prevenirea aparitiei umbrelor de culoare Durata de viață a LED-urilor ≥60 000 ore Operare Sterilă prin senso Grip Nesteril prin intermediul panoului sensoTouchApertura 1,8 – 2,1 Senzor 1/3 tip HD CMOSFocalizarea

Specificații tehnice (F4.1)

					80% Protecția împotriva interferențelor electrice și radio în corespundere cu FCC class A Declarație de la Ofertant confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător obligatoriu Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	Automată inclusă Balans de alb Automat /manual Nivel de strălucire Automat /manual Signalul Video SD NTSC (CROP), NTSC (SQUEEZE); PALU meditatea de lucru de la 20% până la 80% Protecția împotriva interferențelor electrice și radio în corespundere cu FCC class A
--	--	--	--	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16, of.6