

**Specificații tehnice (F4.1)**

Cererea ofertelor de prețuri nr. 21018885				Data: „14” Februarie 2020		Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației: "reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2020 "				Lot: _____		Pagina: __ din __		
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33100000-1	RPR Carbon Antigen Kit cu reagent și control în set.	8.00.18.0.1000	Marea Britanie	Atlas Medical	1 set*1000teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl*2ml Control pozitiv și negativ) .Set pentru determinarea calitativă și semi-cantitativă a anticorpilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.	1 set*1000teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl*2ml Control pozitiv și negativ) .Set pentru determinarea calitativă și semi-cantitativă a anticorpilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.	Certificat CE; ISO
2	33100000-1	Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste	1231-1021	SUA	ACON	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda ELISA. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set - lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru stabile mai mult de 30 zile. controlul pozitiv și negativ, . Stripurile detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. posibil de a testa cite o probă.	Certificat ISO
3	33100000-1	Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste	1231-1031	SUA	ACON	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda ELISA. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set - lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru stabile mai mult de 30 zile. controlul pozitiv și negativ, . Stripurile detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. posibil de a testa cite o probă.	Certificat ISO

4	33100000-1	Set pentru determinarea PSA, 96 teste	I231-2031	SUA	ACON	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda ELISA. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru stabile mai mult de 30 zile. Setul conține, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. posibil de a testa cite o probă.	Certificat CE; ISO
23	33100000-1	Teste pentru determinarea singelui ocult în masele fecale (imunochimic)	72001	SUA	Lumiquick	Teste iFOBT (fit) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Teste iFOBT (fit) (imunochimic). conține testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Certificat CE; ISO
24	33100000-1	Teste pentru determinarea H.Pylori Ag în masele fecale	71020	SUA	Lumiquick	Metoda imunocromatografică. Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Metoda imunocromatografică. conține testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și o procedură de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Certificat CE; ISO
26	33100000-1	Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm	K001	INDIA	HIMEDIA	Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.	Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru stabile mai mult de 30 zile.	Certificat CE; ISO

27	33100000-1	Set briliantrezil albastru (pentru reticulocite), fl. 50 ml	TCL115	INDIA	HIMEDIA	Set briliantrezil albastru (pentru reticulocite), fl. 50 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.	Set briliant crezil albastru (pentru reticulocite), fl. 100 ml. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru stabile mai mult de 30 zile.	Certificat CE; ISO
33	33100000-1	Eprubete Eppendorp 0,5 ml	381645	ITALIA	Syntesys	Eprubete Eppendorp 0,5 ml	Eprubete Eppendorp 0,5 ml	Certificat CE; ISO
49	33100000-1	Cutia Petri din polisteren	318244	ITALIA	Syntesys	Cutia Petri din polisteren. Diametru 9 cm.	Cutia Petri din polisteren. Diametru 9 cm.	Certificat CE; ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9