

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707913926641 din 14.02.2024
Obiectul achiziției: Materiale de consum și mijloace tehnico – criminalistice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Accesorii pentru cromatografie GC/MS:						
1.1 Filtru pentru gaz	CP17973	SUA	Agilent	Filtru pentru gaz, cu indicator PN CP17973 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent)	Filtru pentru gaz, cu indicator PN CP17973 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent). Piesa originala de la producatorul echipamentului.	
1.2 Filtru pentru gaz	RMSH-2	SUA	Agilent	Filtru pentru gaz, capcană universală mare, fitting 1/8inch, pentru heliu, PN RMSH-2 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent)	Filtru pentru gaz, capcană universală mare, fitting 1/8inch, pentru heliu, PN RMSH-2 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent). Piesa originala de la producatorul echipamentului	
1.3 Filtru pentru gaz	RMSHY-2	SUA	Agilent	Filtru pentru gaz, capcană universală mare, fitting	Filtru pentru gaz, capcană universală mare, fitting 1/8inch,	

				1/8inch, pentru heliu, PN RMSHY-2 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent)	pentru heliu, PN RMSHY-2 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent). Piesa originala de la producatorul echipamentului
1.4 Filtru pentru gaz	CP 17972	SUA	Agilent	Filtru pentru gaz, capcană universală mare, fitting 1/8inch, pentru heliu, PN CP 17972 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent)	Filtru pentru gaz, capcană universală mare, fitting 1/8inch, pentru heliu, PN CP 17972 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent). Piesa originala de la producatorul echipamentului
1.5 Filtru pentru gaz	CP 17971	SUA	Agilent	Filtru GC, CP 17971 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent)	Filtru GC, CP 17971 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent). Piesa originala de la producatorul echipamentului
1.6 Filtru pentru gaz	CP 17970	SUA	Agilent	Filtru GC, CP 17970 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent)	Filtru GC, CP 17970 (compatibil cu gaz-cromatograf 7890B al companiei Agilent). Piesa originala de la producatorul echipamentului
1.7 Coloane capilare	19091S-433UI	SUA	Agilent	Coloane capilare, HP 5MS-UI 30m, d 0,25mm, grosime faza staționară 0,25μm; set cu 2 buc. 1 set 33406.00 40087.20	Coloane capilare, HP 5MS-UI 30m, d 0,25mm, grosime faza staționară 0,25μm; set cu 2 buc. 1 set. Piesa originala de la producatorul echipamentului
1.8 Seringi pentru auto-injector	9301-0713	SUA	Agilent	Seringi pentru auto-injector, 10 μl, GC/MS, gouge 23, ASN, 9301-0713 Agilent; 10 bucăți în	Seringi pentru auto-injector, 10 μl, GC/MS, gouge 23, ASN, 9301-0713 Agilent; 10 bucăți în set.

				set.	Piesa originala de la producatorul echipamentului
Lot 2. Liner pentru GC/MS	5190-2295	SUA	Agilent	Ultra Inert Liner, similar 5190-2295 Agilent	Ultra Inert Liner, similar 5190-2295 Agilent. Piesa originala de la producatorul echipamentului
Lot 3. Filament pentru detector de masă	G7005-60061	SUA	Agilent	Filament, pentru MSD, cu ionizare și cu impact electronic EI, de temperatură înaltă, PN G7005-60061 (compatibil cu MSD 5977A); 8 bucăți în set.	Filament, pentru MSD, cu ionizare și cu impact electronic EI, de temperatură înaltă, PN G7005-60061 (compatibil cu MSD 5977A); 8 bucăți în set. Piesa originala de la producatorul echipamentului

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**