

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21414179, ocds-b3wdp1-MD-1746193826711						Data: 02.06.2025	Alternativa nr.	
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insușiților medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.10)						Lot:	pag. 1 din 1	
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
22	33100000-1	Centrifugă de laborator (8-12 tuburi)	Centrifugă de laborator (12 tuburi) - DM0424 + rotor A12-10P	China	Dlab	150940 + Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu. Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare obligatoriu Lungimea tubului minim 11 cm Diametrul Tubului 20mm.	Centrifugă de laborator, 12 tuburi DM0424. (Interval de viteză 500-4000 rpm, pas 100 rpm; Acclerație maximă 2500×g; Precizie de viteză +-100rpm; Timp de funcționare 1-99min, funcționare continuă; Tip motor DC fără perii; afișaj LCD; Programe de economisire Sânge: 3200rpm/10min Urină: 1800rpm/5min Fecale: 1300rpm/10min; Afișarea stării de securitate; Putere monofazată 100-240V, 50-60 Hz, 110 W; Nivel de zgomot ≤62 dB(A).	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 02.06.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.