

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție	nr. 21455648/ ocds-b3wdp1-MD-1752658478516 din 16.07.2025					
Obiectul achiziției:	Achiziționarea Sonda liniară					
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatprul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Sondă liniară	Sondă liniară Model: 11L-D	SUA coproductie Franta si China	GE Medical Systems, GE MEDICAL SYSTEMS ULTRASOUND AND PRIMARY CARE DIAGNOSTICS, LLC.	Sondă liniară 11L-D compatibilă cu ecograful GE LOGIQ E9 Denumirea echipamentului: Sondă liniară ecografică Model 11L-D Producător: GE Healthcare Compatibilitate: • Compatibilă integral cu ecograful LOGIQ E9 de la GE Healthcare. Caracteristici tehnice minime obligatorii: Caracteristică Specificație minimă solicitată Tip sondă: Liniară multifrecvență Gama frecvenței minim: 3 – 11 MHz Aplicabilitate: Examinări vasculare, părți moi, pediatrie și aplicații generale Conector: Standard GE pentru Logiq E9 (compatibil fără adaptoare externe) Compatibilitate software: Automat detectată de sistemul LOGIQ E9, fără necesitatea unor upgrade-uri adiționale Garanție: Minimum 12 luni Accesorii incluse: • Certificat de garanție. Alte cerințe: • Furnizorul va asigura instalarea și testarea sondei în fața comisiei de recepție; • Asistență tehnică pentru integrare	DA Sondă liniară 11L-D compatibilă cu ecograful GE LOGIQ E9 DA Denumirea echipamentului: Sondă liniară ecografică Model 11L-D DA Producător: GE Healthcare Compatibilitate: • DA Compatibilă integral cu ecograful LOGIQ E9 de la GE Healthcare. DA Caracteristici tehnice minime obligatorii: Caracteristică Specificație minimă solicitată Tip sondă: DA Liniară multifrecvență DA Gama frecvenței : 3 – 11 MHz DA Aplicabilitate: Examinări vasculare, părți moi, pediatrie și aplicații generale DA Conector: Standard GE pentru Logiq E9 (compatibil fără adaptoare externe) DA Compatibilitate software: Automat detectată de sistemul LOGIQ E9, fără necesitatea unor upgrade-uri adiționale DA Garanție: 12 luni Accesorii incluse: DA • Certificat de garanție - la instalare in procesul verbal de instlare si instruire se indica data cit se instaleaza si garantia de 12 luni conform solicitari de mai sus. Alte cerințe: • DA asiguram instalarea și testarea sondei în fața comisiei de recepție; • DA asigrăm asistență tehnică pentru integrare. <u>Sonda veche, detiorată va fi retunată către INTERMED S.R.L.</u>	Produs Înregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Număr: <u>DM000121205</u>

Semnat:_____ Numele, prenumele: Natalia Chicu În calitate de:Administrator

Ofertantul: „Intermed” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2