

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21380166 / ocds-b3wdp1-MD-1741944696610, din 26/06/2025	Data: 26/06/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anii 2026-2028	Lot: 16; 31; 35; 36; 37; 38; 43; 44; 53; 56; 57; 58; 59; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 94;	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	16	Câmp super absorbant steril jetabil	Câmp super absorbant steril jetabil (002739)	IMU-MD19297	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Câmp steril super absorbant Dimensiuni 55x70cm (±5cm); compus din 3 straturi bine delimitate: 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m2; 2. strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm; strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 3, 5 g/dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine). Ambalat individual	Câmp steril super absorbant Dimensiuni 55x70cm (±5cm); compus din 3 straturi bine delimitate: 1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 g/m2; 2. strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 40 mcm; strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, se va exclude lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 3, 5 g/dm2; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine). Ambalat individual	ISO, CE
33100000-1	31	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil (002935)	IMU-MD14006	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm (+/-10cm) – 2 buc., jetabil. Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat individual	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm (+/-10cm) – 2 buc., jetabil. Din material nețesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat individual	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	35	Costum radioprotecție L	Costum radioprotecție L (002983)	Skirt & Vest (Maxx™) UF321633 + UF421633	India	UniRay Medical LLP	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian (UNITEX™). Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept (opțiune "Buzunar exterior la piept" este inclusă în configurație ofertată). Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri (Built-in shoulder relief pads). Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori (Royal Blue, Azure Blue, Purple, Red, Aqua Green sau alte culori din catalog) (. Mărimea L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	ISO, CE
33100000-1	36	Costum radioprotecție M	Costum radioprotecție M (002984)	Skirt & Vest (Maxx™) UF321622 + UF421622	India	UniRay Medical LLP	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea M - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian (UNITEX™). Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept (opțiune "Buzunar exterior la piept" este inclusă în configurație ofertată). Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri (Built-in shoulder relief pads). Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori (Royal Blue, Azure Blue, Purple, Red, Aqua Green sau alte culori din catalog). Mărimea M - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	37	Costum radioprotecție XL	Costum radioprotecție XL (002985)	Skirt & Vest (Maxx™) UF321644 + UF421644	India	UniRay Medical LLP	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confecționate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe lățime și înălțime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărimea XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confecționate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian (UNITEX™). Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept (opțiune "Buzunar exterior la piept" este inclusă în configurație ofertată). Vesta cu pernuțe moi pe interior la umeri (Built-in shoulder relief pads). Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe lățime și înălțime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori (Royal Blue, Azure Blue, Purple, Red, Aqua Green sau alte culori din catalog). Mărimea XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	ISO, CE
33100000-1	38	Guler radioprotecție tiroidian	Guler radioprotecție tiroidian (003010)	Model #1: UNIVERSAL REF: UF521302 REF: UF521301 REF: UF521300 Model #2: BALANCE REF: UF531302 REF: UF531301 REF: UF531300 Model #3: ELEGANCE REF: UF541302 REF: UF541301 REF: UF541300	India	UniRay Medical LLP	Să asigure o radioprocție foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb -0,50mm. Acoperit cu material flexibil, antibacterian. Mărime universal, închidere ajustată cu magnet. Gamă de cel puțin 3 modele diferite în cel puțin 5 culori. Se oferă cu husă valabila din bumbac 100%.	Să asigure o radioprocție foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb -0,50mm. Acoperit cu material flexibil, antibacterian (UNITEX™). Mărime universal, închidere ajustată cu magnet (modele ofertate includ opțiune "închidere ajustat cu magnet"). Gamă de cel puțin 3 modele diferite în cel puțin 5 culori (Royal Blue, Azure Blue, Purple, Red, Aqua Green sau alte culori din catalog). Se oferă cu husă valabila din bumbac 100%.	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	43	Husă pentru cameră video sterilă	Husă pentru cameră video sterilă (003031)	DLM0002-01	Turcia	Dilamed Tibbi Ürünler A.Ş.	14cmx250cm (±10cm) structura materialului transparentă. Material - Polietilenă. închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.	14cmx250cm (±10cm) structura materialului transparentă. Material - Polietilenă. închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.	DM000677587
33100000-1	44	Înveliș plagial	Înveliș plagial (003035)	MaxioCell®, REF: MX0510	India	Axio Biosolutions Pvt. Ltd.	Collahit FA sau echivalent, steril, dimensiune 60 x 100mm (±10mm). Ambalat individual	Pansament pentru răni pe bază de tehnologie de gelificare bioactivă din microfibră - chitosan (echivalent cu Collachite FA), destinat tratamentului tăieturilor, arsurilor, ulcerelor trofice, escarelor și altor leziuni externe cronice și/sau acute cu exsudație de la moderată până la puternică. Steril, dimensiune 50 x 100mm. Ambalat individual.	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	53	Ochelari de protecție radiologică	Ochelari de protecție radiologică (003127)	Vienna REF: UFR13001 Tokyo REF: UFR14001 Berlin REF: UFR21001 Helsinki REF: UFR22001 London REF: UFR17001 New York REF: UFR18001	India	UniRay Medical LLP	Confecționate din material rezistent cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. • Prevăzuți cu sistem de protective laterală • Echivalent în Pb: 0,75mm (frontal)/ 0,50mm (lateral) • Mărime: unică • Greutate< 0,05 kg • Șiret de fixare spate • Posibilitate de a ajusta dioptriile ochelarilor după necesitatea cardiologului intervenționist. Produce testate și avizate de Ministerul Sănătății și autoritățile competente din domeniu	Confecționate din material rezistent cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. • Prevăzuți cu sistem de protective laterală • Echivalent în Pb: 0,75mm (frontal)/ 0,50mm (lateral) • Mărime: unică • Greutate< 0,05 kg • Șiret de fixare spate • Posibilitate de a ajusta dioptriile ochelarilor după necesitatea cardiologului intervenționist (este inclusă în oferta, la solicitare dioptriile ochelarilor va fi produse/ajustate de către producător după necesitatea cardiologului intervenționist). Produce testate și avizate de Ministerul Sănătății și autoritățile competente din domeniu	ISO, CE
33100000-1	56	Set chirurgical (chirurgie Toracică și Spinală)	Set chirurgical (chirurgie Toracică și Spinală) (003284)	IMU-MD23118	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 56	Conform "Anexa 56", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 56	ISO, CE
33100000-1	57	Set chirurgical cardiovascular adulți	Set chirurgical cardiovascular adulți (003285)	IMU-MD12316	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 57	Conform "Anexa 57", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 57	ISO, CE
33100000-1	58	Set chirurgical cardiovascular By-pass	Set chirurgical cardiovascular By-pass (003286)	IMU-MD21977	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 58	Conform "Anexa 58", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 58	ISO, CE
33100000-1	59	Set chirurgical cardiovascular copii	Set chirurgical cardiovascular copii (003287)	IMU-MD26065	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 59	Conform "Anexa 59", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 59	ISO, CE
33100000-1	63	Set chirurgical intervenții cerebrale	Set chirurgical intervenții cerebrale (003292)	IMU-MD15249	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 63	Conform "Anexa 63", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 63	ISO, CE
33100000-1	64	Set chirurgical intervenții spinale	Set chirurgical intervenții spinale (003293)	IMU-MD29230	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 64	Conform "Anexa 64", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 64	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	65	Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil	Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil (003295)	IMU-MD14532	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 65	Conform "Anexa 65", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 65	ISO, CE
33100000-1	66	Set chirurgical operații coxo-femorale	Set chirurgical operații coxo-femorale (003296)	IMU-MD11403	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 66	Conform "Anexa 66", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 66	ISO, CE
33100000-1	67	Set chirurgical operații pratologice mici, jetabil	Set chirurgical operații pratologice mici, jetabil (003297)	IMU-MD22488	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp de masă (210x100cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Câmp steril cu bord adeziv (140x110cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc.	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp de masă (210x100cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Câmp steril cu bord adeziv (140x110cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc.	ISO, CE
33100000-1	68	Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil	Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil (003298)	IMU-MD19537	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	1. câmp steril cu bord adeziv 140x190cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. șervețele absorbante (20x20cm) - 10 buc.	1. câmp steril cu bord adeziv 140x190cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. șervețele absorbante (20x20cm) - 10 buc.	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	69	Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil	Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil (003299)	IMU-MD12104	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	1. câmp steril cu bord adeziv 140x140cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat pentru masă de instrumente 140x80cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.	1. câmp steril cu bord adeziv 140x140cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat pentru masă de instrumente 140x80cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.	ISO, CE
33100000-1	71	Set chirurgical pentru cezariana	Set chirurgical pentru cezariana (003301)	IMU-MD18782	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	1. 1. cearșaf pentru masă de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100cm - 1 buc.	1. 1. cearșaf pentru masă de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100cm - 1 buc.	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	72	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril (003303)	IMU-MD17208	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	"Câmp pentru masă de instrumente cu Zona ranforsată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Câmp pentru masă Mayo cu ranforsare SMS 80x140cm(+/-10cm) - 1 buc Șervețel pentru absorbție- să nu lase scame- 30x35cm (+/- 10cm) - 2 buc Câmp în forma de U. 200x310cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110cm (+/-5cm); • bandă de poziționare - pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistentă lichide > 50cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 150x270cm (+/- 10cm) - 1 buc • bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de > 5cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistentă lichide min. 150cm H2O/cm2 Câmp parte laterală. 95*105cm (+/- 10cm) - 2 buc • bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistentă lichide min. 150cm H2O/cm2 bandă de poziționare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc	"Câmp pentru masă de instrumente cu Zona ranforsată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Câmp pentru masă Mayo cu ranforsare SMS 80x140cm(+/-10cm) - 1 buc Șervețel pentru absorbție- să nu lase scame- 30x35cm (+/- 10cm) - 2 buc Câmp în forma de U. 200x310cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110cm (+/-5cm); • bandă de poziționare - pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă - pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistentă lichide > 50cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 150x270cm (+/- 10cm) - 1 buc • bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de > 5cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistentă lichide min. 150cm H2O/cm2 Câmp parte laterală. 95*105cm (+/- 10cm) - 2 buc • bandă de poziționare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă- pe toată suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistentă lichide min. 150cm H2O/cm2 bandă de poziționare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc	ISO, CE
33100000-1	73	Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril (003304)	IMU-MD14623	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă, fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă, fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă, fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloză 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operație minim 20x25cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7.Sterile, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă, fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă, fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă, fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloză 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operație minim 20x25cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7.Sterile, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;	ISO, CE
33100000-1	74	Set chirurgical steril artroscopie genunchi	Set chirurgical steril artroscopie genunchi (003305)	IMU-MD25985	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 74	Conform "Anexa 74", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 74	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	75	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie (003306)	IMU-MD18749	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 75	Conform "Anexa 75", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 75	ISO, CE
33100000-1	76	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie prin abord radial (003307)	IMU-MD19580	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 76	Conform "Anexa 76", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 76	ISO, CE
33100000-1	77	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții angiografice majore (003309)	IMU-MD21839	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 77	Conform "Anexa 77", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 77	ISO, CE
33100000-1	78	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții diagnostice	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții diagnostice (003310)	IMU-MD25885	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 78	Conform "Anexa 78", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 78	ISO, CE
33100000-1	79	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore (003311)	IMU-MD18934	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 79	Conform "Anexa 79", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 79	ISO, CE
33100000-1	80	Set chirurgical steril pentru implant la genunchi	Set chirurgical steril pentru implant la genunchi (003313)	IMU-MD23612	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 80	Conform "Anexa 79", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 80	ISO, CE
33100000-1	81	Set chirurgical steril pentru laparoscopie	Set chirurgical steril pentru laparoscopie (003314)	IMU-MD16673	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Componența minimă: - cearșaf impermeabil laminat pentru masă instrumente 140x75cm - 1 bucată; - cearșaf SMS pentru masă operație 160x150cm cu bordura adezivă – 1 bucată; - cearșaf 250x160cm cu câmp adeziv și abs. incizia 30x15cm - 1 bucată; - husă protecție laparoscop lam. - 1 bucată; - pungă cu bandă adezivă - 2 bucăți; - șervețel material absorbant 70x50cm - 3 bucăți; - bandă adezivă – 2 bucăți;	Componența minimă: - cearșaf impermeabil laminat pentru masă instrumente 140x75cm - 1 bucată; - cearșaf SMS pentru masă operație 160x150cm cu bordura adezivă – 1 bucată; - cearșaf 250x160cm cu câmp adeziv și abs. incizia 30x15cm - 1 bucată; - husă protecție laparoscop lam. - 1 bucată; - pungă cu bandă adezivă - 2 bucăți; - șervețel material absorbant 70x50cm - 3 bucăți; - bandă adezivă – 2 bucăți;	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	82	Set chirurgical TUR steril	Set chirurgical TUR steril (003315)	IMU-MD15100	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pânle pentru colectarea materialului biologic înălțurat cu canală de drenare separată cu plasă pentru capturarea Fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril pentru masă chirurgicală 15x200cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat pentru masă de instrumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă pentru videocameră - 250x15cm - 1buc	1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pânle pentru colectarea materialului biologic înălțurat cu canală de drenare separată cu plasă pentru capturarea Fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril pentru masă chirurgicală 15x200cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat pentru masă de instrumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă pentru videocameră - 250x15cm - 1buc	ISO, CE
33100000-1	84	Set major angiografie cu lungime extinsă	Set major angiografie cu lungime extinsă (003367)	IMU-MD27817	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 84	Conform "Anexa 84", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 84	ISO, CE
33100000-1	85	Set steril jetabil pentru crioablație	Set steril jetabil pentru crioablație (003432)	IMU-MD23004	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Set steril jetabil pentru crioablație. Componentă inclusă în set: 1) 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, pentru presiune înaltă, robinete cu „aripioare”, cu adaptor rotator drept tip “male”; cameră transparentă, rezistentă la minim 35 bar; conexiune Luer Lock. 2) 1 buc.: Tubulatură pentru presiune înaltă – minim 1200 psi, transparent, diametru intern/extern 1,7mm /3,6mm; lungime minimă 50 cm; material pentru (obligator), conexiune Luer Lock. 3) 1 buc.: Y conector mono-, 9,5F, cu adaptor rotator și valvă Tuohy-Borst, cu dispozitiv de inserție. 4) 3 buc: Trusă de perfuzie rezistentă la presiune înaltă, pentru administrarea perfuziilor gravitaționale sub presiune cu pompe de perfuzie; rezistent la presiune 2 bar; lungime minim 1800mm; filtru 15cm pentru protecție; conexiune Luer Lock. 5) 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant, minim 10x10cm, minim 8 straturi. 6) 1 buc: 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (±1cm). 7) 1 buc.: Seringă angiografică 12 ml, transparentă. 8) 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml, piston de culoare verde. Vârful seringii cu design special pentru precizia dozării de aproximativ 0,01 ml. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 9) 2 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml, transparentă. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 10) 4 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 11) 2 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 12) 1 buc.: Bol de tip renal 800 ml din polipropilen. 13) 1 buc.: Câmp steril din 2 straturi: a) strat absorbant pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% - dimensiuni minime 100 x 150cm. Ambalaj de unică folosință, steril, Componenta setului indicată pe etichetă.	Set steril jetabil pentru crioablație. Componentă inclusă în set: 1) 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, pentru presiune înaltă, robinete cu „aripioare”, cu adaptor rotator drept tip “male”; cameră transparentă, rezistentă la minim 35 bar; conexiune Luer Lock. 2) 1 buc.: Tubulatură pentru presiune înaltă – minim 1200 psi, transparent, diametru intern/extern 1,7mm /3,6mm; lungime minimă 50 cm; material pentru (obligator), conexiune Luer Lock. 3) 1 buc.: Y conector mono-, 9,5F, cu adaptor rotator și valvă Tuohy-Borst, cu dispozitiv de inserție. 4) 3 buc: Trusă de perfuzie rezistentă la presiune înaltă, pentru administrarea perfuziilor gravitaționale sub presiune cu pompe de perfuzie; rezistent la presiune 2 bar; lungime minim 1800mm; filtru 15cm pentru protecție; conexiune Luer Lock. 5) 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant, minim 10x10cm, minim 8 straturi. 6) 1 buc: 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (±1cm). 7) 1 buc.: Seringă angiografică 12 ml, transparentă. 8) 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml, piston de culoare verde. Vârful seringii cu design special pentru precizia dozării de aproximativ 0,01 ml. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 9) 2 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml, transparentă. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 10) 4 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 11) 2 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. Dop de etanșare dublu pentru a preveni scurgerile accidentale. Alunecarea pistonului ușoară, ne sacadată. 12) 1 buc.: Bol de tip renal 800 ml din polipropilen. 13) 1 buc.: Câmp steril din 2 straturi: a) strat absorbant pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% - dimensiuni minime 100 x 150cm. Ambalaj de unică folosință, steril, Componenta setului indicată pe etichetă.	ISO, CE
33100000-1	86	Set steril jetabil pentru intervenții (electrofiziologie)	Set steril jetabil pentru intervenții (electrofiziologie) (003433)	IMU-MD2384	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 86	Conform "Anexa 86", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 86	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	87	Set steril jetabil pentru intervenții (pacemaker)	Set steril jetabil pentru intervenții (pacemaker) (003434)	IMU-MD19044	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Conform "Anunt de Participare". Specificatie tehnica solicitata pentru LOT 87	Conform "Anexa 87", Confirmarea parametrilor tehnici solicitati pentru LOT 87	ISO, CE
33100000-1	88	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice (003435)	IMU-MD25940	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbție nu mai puțin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime.	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbție nu mai puțin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime.	ISO, CE
33100000-1	89	Set steril jetabil subclaviar	Set steril jetabil subclaviar (003436)	IMU-MD10905	SUA	Alleset, Inc. / Global Resources International, Inc. (GRI)	Câmp absorbant cu aparat adeziv 45x75 (±5cm) (cu orificiu), Câmp absorbant 75 x 90 (±5cm) (cu orificiu), Bisturiu N 11, Bol – 2 bucăți, volum 60 ml, Pensa 2 bucăți, Forceps tip Kocher 13 cm 1 bucata, Tampon absorbant 10x10cm (±1cm)10 bucăți, Tampon absorbant 7.5x7.5cm (±0,5cm)10 bucăți	Câmp absorbant cu aparat adeziv 45x75 (±5cm) (cu orificiu), Câmp absorbant 75 x 90 (±5cm) (cu orificiu), Bisturiu N 11, Bol – 2 bucăți, volum 60 ml, Pensa 2 bucăți, Forceps tip Kocher 13 cm 1 bucata, Tampon absorbant 10x10cm (±1cm)10 bucăți, Tampon absorbant 7.5x7.5cm (±0,5cm)10 bucăți	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	90	Șorț de radioprotecție în set, L	Șorț de radioprotecție în set, L (003515)	COAT APRON REF: UF111732	India	UniRay Medical LLP	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea L.	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept (opțiune "Buzunar exterior la piept" este inclusă în configurație oferată). Pernuțe moi pe interior la umeri (Built-in shoulder relief pads). Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea L.	ISO, CE
33100000-1	91	Șorț de radioprotecție în set, M	Șorț de radioprotecție în set, M (003516)	COAT APRON REF: UF111722	India	UniRay Medical LLP	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea M.	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept (opțiune "Buzunar exterior la piept" este inclusă în configurație oferată). Pernuțe moi pe interior la umeri (Built-in shoulder relief pads). Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea M.	ISO, CE

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
33100000-1	92	Șorț de radioprotecție în set, XL	Șorț de radioprotecție în set, XL (003517)	COAT APRON REF: UF111743	India	UniRay Medical LLP	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea XL.	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept (opțiune "Buzunar exterior la piept" este inclusă în configurație oferită). Pernuțe moi pe interior la umeri (Built-in shoulder relief pads). Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea XL.	ISO, CE
33100000-1	94	Vizieră cu radioprotecție	Vizieră cu radioprotecție (003697)	XRMSK	Turcia	Oley Tibbi Urunkler ve Medikal Malz. Ltd. St.	Vizieră de radioprotecție care constă dintr-un ecran acrilic transparent plumbat care poate fi poziționat la diferite unghiuri ale feței pentru a minimiza răspândirea radiației și o bandă reglabilă dublă la frunte. Greutate 340-360 g, înălțime ecran 12-15cm, protecție 0.10mm echivalent Pb. Se furnizează cu husă ușor lavabilă.	Vizieră de radioprotecție care constă dintr-un ecran acrilic transparent plumbat care poate fi poziționat la diferite unghiuri ale feței pentru a minimiza răspândirea radiației și o bandă reglabilă dublă la frunte. Greutate 340-360 g, înălțime ecran 12-15cm, protecție 0.10mm echivalent Pb. Se furnizează cu husă ușor lavabilă.	ISO, CE

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova