

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640172835545 din: 5 ian 2022, 15:00 - 27 ian 2022, 15:00

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă/corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
3319000 0-8	Unitate pentru dezinfectarea endoscopului ETD4 Basic GA, Prod. Olympus Medical Systems Corp., Anul 2014	-	-	-	<p>Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.</p> <p>În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;</p> <p>Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.</p> <p>Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră.</p> <p>Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p> <p>Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;</p>	<p>Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.</p> <p>În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;</p> <p>Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.</p> <p>Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră.</p> <p>Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p> <p>Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;</p>	-
3319000 0-8	Unitate pentru dezinfectarea endoscopului mini ETD 2 GA, Prod. Olympus Medical Systems Corp., Anul 2014	-	-	-	<p>Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.</p> <p>În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;</p> <p>Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.</p> <p>Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră.</p> <p>Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.</p>	<p>Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.</p> <p>În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;</p> <p>Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.</p> <p>Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră.</p> <p>Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.</p>	-

				Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**