



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHEMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Aurelia Botica Telefonul de contact 022222364E-mail aurelia.botica@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1721140613863 din 21.08.2024

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
51	33100000-1	Microscop cu fluorescență (binocular) 250220	BS.3153-Pli	Olanda	Euromex	Microscop cu fluorescență (binocular) 250220 Descriere: Microscopul este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Parametri: Sistem de corectare optică infinit Măsuța: Mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamelă) Universal pentru un singur specimen Cap revolver Pentru 4 obiective Obiective IOS Plan Achromat 10x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (imersie în ulei) Tub binocular cu unghi de înclinare 30° Rotatie, 360° Ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75mm Oculare - cîmp larg WF 10x/22 - 2 buc. (cel puțin unul cu focusare) Sistem de focalizare Butoane coaxiale pe ambele părți macrometrice și micrometrice. Sistem de ajustare a tensiunii și a distanței maxime parcurse pe axa Z. Iluminare: Koehler, lampă halogen 30W, intensitate ajustabilă, LED Fluorescent Unitatea de alimentare: Incorporată	Microscop cu fluorescență (trinocular) 250220 Descriere: Microscopul este folosit în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Parametri: Sistem de corectare optică infinit Măsuța: Mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamelă) Universal pentru un singur specimen. Cap revolver Pentru 4 obiective Obiective Plan PLI Achromat IOS 10x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (imersie în ulei) Tub binocular cu unghi de înclinare 30° Rotatie, 360° Ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75mm Oculare - cîmp larg WF 10x/22 - 2 buc. (cel puțin unul cu focusare). Sistem de focalizare Butoane coaxiale pe ambele părți macrometrice și micrometrice. Sistem de ajustare a tensiunii și a distanței maxime parcurse pe axa Z. Iluminare: Koehler, NEO LED 3W, intensitate ajustabilă, LED Fluorescent. Unitatea de alimentare: Incorporată Filtre (FITC) (TRITC) Opțional V și UV, DM000470143	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	33100000-1	Microscop cu fluorescență (binocular) 250220	bucată	3	55,200.0000	66,240.0000	165,600.00	198,720.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							165,600.00	198,720.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu