

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022 etapa II						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri						
Lot 44: Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP)	22001	Japonia	ALP-Co	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001)	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	
Lot 51: Recipient de evacuare (cod 24006)	24006	Japonia	ALP-Co	Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	
Lot 62: Cablu flex	FFC 057230	China	Kunshan	7 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 230 mm	7 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 230 mm	

Semnat: semnatura electronica Numele, Prenumele: Latîșev Anastasia În calitate de: Director
Ofertantul: EDELMED SRL Adresa: mun.Chișinău bd.Traian 1/1 of.80