

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21040232 din 10.06.2021

Denumirea procedurii de achiziție: REPETAT echipamente medicale-termostate

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	33100000-1	Echipamente medicale -Termostat	1015	Rusia	SCTB	Înzestrat cu sistem de răcire în limita temperaturilor pozitive. Sistemul de răcire să nu conțină freoni. Domeniul de temperatură -programabil în limita temperaturilor pozitive + 5 până la +80°C; Rezoluția de programare, discreția temperaturii setate ≤ 0.5 °C . Reglarea și menținerea automată a temperaturii prestabilite. Limita de eroare a devierilor de temperatură- ≤ 1°C Izolarea deplină a dispozitivului de încălzire de camera propriu zisă. Deconectarea automată a dispozitivului în cazul depășirii temperaturii maximal admisibile. Convecția forțată a aerului în interiorul camerei. Bloc de reglare cu Microprocesor pentru timer, la programe individuale pentru diferite regimuri de temperaturi în cicluri- >5. Timer ajustabil după dată, oră și minute. Afișarea grafică în dinamică a indicilor de temperatură si timp pe displei. Capacitate min 70 l max 90 l Prezența a 2 uși, dintre care una din sticlă. Numărul de polițe - 2 Construcția interioară -din oțel inox. Înzestrat cu sondă ce permite analiza a aerului, mediului din camera Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 220V, 50 Hz. Certificat de calitate și garanție.	Înzestrat cu sistem de răcire în limita temperaturilor pozitive. Sistemul de răcire să nu conțină freoni. Domeniul de temperatură -programabil în limita temperaturilor pozitive + 5 până la +80°C; Rezoluția de programare, discreția temperaturii setate ≤ 0.5 °C . Reglarea și menținerea automată a temperaturii prestabilite. Limita de eroare a devierilor de temperatură- ≤ 1°C Izolarea deplină a dispozitivului de încălzire de camera propriu zisă. Deconectarea automată a dispozitivului în cazul depășirii temperaturii maximal admisibile. Convecția forțată a aerului în interiorul camerei. Bloc de reglare cu Microprocesor pentru timer, la programe individuale pentru diferite regimuri de temperaturi în cicluri- >5. Timer ajustabil după dată, oră și minute. Afișarea grafică în dinamică a indicilor de temperatură si timp pe displei. Capacitate min 70 l max 90 l Prezența a 2 uși, dintre care una din sticlă. Numărul de polițe - 2 Construcția interioară -din oțel inox. Înzestrat cu sondă ce permite analiza a aerului, mediului din camera Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 220V, 50 Hz. Certificat de calitate și garanție.	ISO CE

2	33100000-1	Echipamente medicale -Termostat	1016	Rusia	SCTB	<p>Termostat utilizat în laborator pentru cercetări microbiologice, biochimice etc Înzestrat cu sistem de răcire în limita temperaturilor pozitive.</p> <p>Sistemul de răcire să nu conțină freoni.</p> <p>Intervalul de temperatură: + 3 ° C ... + 40 ° C, temperatura</p> <p>Capacitatea camerei: 200 l</p> <p>Ecran tactil color complet</p> <p>3 rafturi din oțel inoxidabil</p> <p>Lumină LED internă,</p> <p>Carcasă din tablă acoperită cu pulbere (culoare gri cu panou frontal din grafit), interior din oțel inoxidabil 0H17 (DIN 1.4016)</p> <p>Rezoluția de programare</p> <p>Prezența a 2 uși, dintre care una din sticlă.</p> <p>Certificat de calitate și garanție.</p>	<p>Termostat utilizat în laborator pentru cercetări microbiologice, biochimice etc Înzestrat cu sistem de răcire în limita temperaturilor pozitive.</p> <p>Sistemul de răcire să nu conțină freoni.</p> <p>Intervalul de temperatură: + 3 ° C ... + 40 ° C, temperatura</p> <p>Capacitatea camerei: 200 l</p> <p>Ecran tactil color complet</p> <p>3 rafturi din oțel inoxidabil</p> <p>Lumină LED internă,</p> <p>Carcasă din tablă acoperită cu pulbere (culoare gri cu panou frontal din grafit), interior din oțel inoxidabil 0H17 (DIN 1.4016)</p> <p>Rezoluția de programare</p> <p>Prezența a 2 uși, dintre care una din sticlă.</p> <p>Certificat de calitate și garanție.</p>	ISO CE
---	------------	---------------------------------	------	-------	------	--	--	--------

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

In calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**

Valabilitatea ofertei: 30 zile



10.06.2021