


Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
LOT Nr. 1: Teste pentru măsurarea glicemiei 1.1 TESTE [Cantitatea: 16 962 000 buc.] Compatibile cu glucometru aflate în dotare - Clever Chek. Notă: pentru glucometrele aflate în dotare (100 000) operatorul economic se obligă să asigure asistență tehnică, să le schimbe în cazul defectării. Pentru testele altele decât cele compatibile cu glucometrele Clever Chek, operatorul economic va asigura cu 100 000 de glucometre cu titlu gratuit. Teste pentru măsurarea glicemiei: - Corespunzătoare glucometrului; Cu termen de valabilitate de peste 18 luni de la ziua livrării. *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător).Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente	MODEL PROPUȘ: SINOCARE INC., Safe-Accu + Acessorii, China The complete Safe-Accu Monitoring System  1.1 TESTE [Cantitatea: 16 962 000 buc.] Compatibile cu glucometru aflate în dotare - Clever Chek. – Nu se aplică Notă: pentru glucometrele aflate în dotare (100 000) operatorul economic se obligă să asigure asistență tehnică, să le schimbe în cazul defectării. – Nu se aplică Pentru testele altele decât cele compatibile cu glucometrele Clever Chek, operatorul economic va asigura cu 100 000 de glucometre cu titlu gratuit. – Da, Glucometre SAFE-ACCU Teste pentru măsurarea glicemiei: - Corespunzătoare glucometrului; - Da Cu termen de valabilitate de peste 18 luni de la ziua livrării. - Da *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător).Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. - Da

tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă seva indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Specificări tehnice pentru glucometre: - Dispozitiv portabil cu ecran LCD; - Proces automat de măsurare; - Volumul picăturii de sânge capilar pentru probă mai mic de 2 microlitri; - Intervalul de măsurare a glicemiei mai larg de 1,2 mmoli/l – 33 mmoli/l; - Timp de măsurare mai mic de 10 secunde; - Memorie de cel puțin 300 teste; - Calibrarea automată; - Calcularea mediei glicemiilor pentru perioada de cel puțin 30 zile; - Dispozitiv de înțepare pentru fiecare glucometru; - Geantă de transport pentru fiecare set de glucometru; - Manual de utilizare pentru fiecare glucometru; - Garanția pentru glucometru de minim 24 luni; - Oferirea glucometrelor cu dispozitiv de înțepare în mod gratuit. Certificat CE, Standarde ISO 15197:2013 TOATE ACCESORIILE ȘI CONSUMABILELE TREBUIE SĂ FIE COMPATIBILE *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare.	*Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. - Da * În ofertă seva indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. - Da Specificări tehnice pentru glucometre: - Dispozitiv portabil cu ecran LCD; - Da - Proces automat de măsurare; - Da - Volumul picăturii de sânge capilar pentru probă mai mic de 2 microlitri; - Da, 0,60 µL - Intervalul de măsurare a glicemiei mai larg de 1,1 mmoli/l – 33,3 mmoli/l; - Da - Timp de măsurare mai mic de 10 secunde; - Da - Memorie de cel puțin 200 teste; - Calibrarea automată; - Da - Calcularea mediei glicemiilor pentru perioada de cel puțin 30 zile; - Da - Dispozitiv de înțepare pentru fiecare glucometru; - Da - Geantă de transport pentru fiecare set de glucometru; - Da - Manual de utilizare pentru fiecare glucometru; - Da - Garanția pentru glucometru de minim 24 luni; - Da - Oferirea glucometrelor cu dispozitiv de înțepare în mod gratuit. - Da Certificat CE, Standarde ISO 15197:2013 TOATE ACCESORIILE ȘI CONSUMABILELE TREBUIE SĂ FIE COMPATIBILE - Da *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în
--	--

*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat 1.2 LANCETE [Cantitatea: 16 962 000 buc.] Compatibile cu dispozitivul de înțepare. Notă: operatorul economic va asigura cu 100 000 de dispozitive de înțepare cu titlu gratuit. Garanția dispozitivele de înțepare pentru de minim 24 luni; Cerințe lancete: sterile. Termen de valabilitate minim 18 luni de la livrare *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/ standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. - Da *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. - Da * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat - Da 1.2 LANCETE [Cantitatea: 16 962 000 buc.] Compatibile cu dispozitivul de înțepare. - Da Notă: operatorul economic va asigura cu 100 000 de dispozitive de înțepare cu titlu gratuit. - Da Garanția dispozitivele de înțepare pentru de minim 24 luni; - Da Cerințe lancete: sterile. - Da Termen de valabilitate minim 18 luni de la livrare - Da *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/ standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. - Da *Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. - Da * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. - Da
--	---