

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1772544460233/ 21575282 din 03 martie 2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 8)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 20						
Aparat portabil pentru testarea emisiilor otoacustice	Ero-Scan diagnostic + Sessions App	Germania	MAICO Diagnostics GmbH	<p>Parametrul Specificația Tip dispozitiv Portabil, tip handheld, cu sondă OAE dedicată Moduri de măsurare DPOAE și TEOAE – ambele obligatorii</p> <p>Evaluare automată PASS / REFER automat, bazat pe criterii SNR și/sau reproducibilitate</p> <p>Afișaj Color Limbă interfață RO/RU; EN acceptat</p> <p>Protocoale / funcții: ≥2 protocoale screening obligatoriu Protocoale configurabile obligatoriu Auto-stop obligatoriu Verificare probă / etanșare obligatoriu Control zgomot / artefacte obligatoriu Parametri DPOAE: Frecvențe test (f2) 2,0 – 5,0 kHz Număr frecvențe ≥4 frecvențe</p>	<p>Parametrul Specificația Tip dispozitiv Portabil, tip handheld, cu sondă OAE dedicată Moduri de măsurare DA – Eroscan_user.pdf DPOAE și TEOAE – ambele obligatorii Evaluare automată PASS / REFER automat, bazat pe criterii SNR și/sau reproducibilitate DA – Eroscan_user.pdf pag.39 Afișaj Color DA – Eroscan_user.pdf pag.39 Limbă interfață RO/RU; EN acceptat DA – Eroscan_user.pdf pag.61 Protocoale / funcții: ≥2 protocoale screening obligatoriu DA – Eroscan_user.pdf pag.5 Protocoale configurabile obligatoriu DA – Eroscan_user.pdf pag.5 Auto-stop obligatoriu DA – Eroscan_user.pdf pag.33 Verificare probă / etanșare obligatoriu DA – Eroscan_user.pdf pag.39 Control zgomot / artefacte obligatoriu DA – Eroscan_user.pdf pag.39 Parametri DPOAE: DA – Eroscan_user.pdf pag.62</p>	<p>DM000650983 ----- CE ISO</p>

				<p>Nivel stimul (L1/L2) Reglabil $\geq 40 - 70$ dB SPL Criteriu SNR Reglabil $\geq 3 - \geq 6$ dB</p> <p>Timp analiză Automat, cu limită setabilă</p> <p>Parametri TEOAE: Frecvențe / benzi 0,7 – 4,0 kHz ($\geq 5,0$ kHz acceptat) Nivel stimul $\approx 80 - 85$ dB peSPL</p> <p>Stocare internă ≥ 250 teste</p> <p>Export date: USB către PC; Bluetooth/Wi-Fi acceptat</p> <p>Format raport: Rapoarte PDF / imprimabile prin PC</p> <p>Baterie Reîncărcabilă</p> <p>Autonomie ≥ 6 ore sau ≥ 100 teste</p> <p>Greutate ≤ 500 g (fără accesorii)</p> <p>Standarte IEC/EN 60601-1 (Tip B) & IEC/EN 60601-1-2 & IEC 60645-6 (Tip 1 și/sau Tip 2) & Marcaj CE</p> <p>Accesorii minime: Sondă OAE inclusă; ≥ 100 eartips (min. 6 mărimi) trusă curățare- dacă este recomandat de către producător</p> <p>carcasă transport software PC (dacă necesar) garanție ≥ 24 luni</p>	<p>Frecvențe test (f2) 2,0 – 5,0 kHz. 1.5- 12kHz</p> <p>Număr frecvențe ≥ 4 frecvențe</p> <p>Nivel stimul (L1/L2) Reglabil $\geq 40 - 70$ dB SPL Criteriu SNR Reglabil $\geq 3 - \geq 6$ dB</p> <p>Timp analiză Automat, cu limită setabilă</p> <p>Parametri TEOAE: DA – Eroscan_user.pdf pag.63 Frecvențe / benzi 0,7 – 4,0 kHz ($\geq 5,0$ kHz acceptat) Nivel stimul $\approx 80 - 85$ dB peSPL</p> <p>Stocare internă ≥ 250 teste DA – Eroscan_user.pdf pag.44</p> <p>Export date: USB către PC; Bluetooth/Wi-Fi acceptat Data transfer to the PC can be done via wireless connection or USB connection</p> <p>DA – Eroscan_user.pdf pag.11</p> <p>Format raport: Rapoarte PDF / imprimabile prin PC</p> <p>Baterie Reîncărcabilă DA – Eroscan_user.pdf pag.62</p> <p>Autonomie ≥ 6 ore sau ≥ 100 teste DA – Eroscan_user.pdf pag.62</p> <p>Greutate ≤ 500 g (fără accesorii)</p> <p>Standarte IEC/EN 60601-1 (Tip B) & IEC/EN 60601-1-2 & IEC 60645-6 (Tip 1 și/sau Tip 2) & Marcaj CE DA – Eroscan_user.pdf pag.62</p> <p>Accesorii minime: DA – brochure Eroscan.pdf pag.8</p> <p>Sondă OAE inclusă; ≥ 100 eartips (min. 6 mărimi) da eartip box trusă curățare- dacă este recomandat de către producător carcasă transport da software PC (dacă necesar) Sessions app inclus in oferta garanție ≥ 24 luni da</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Anastasia Latîsev În calitate de: Director Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova