Anexa 2

MAȘINĂ DE ANESTEZIE a) Evaporator SEV,ISO - 2 b) Monotir 10,Model-Vizor 10 1 c) Analizator de gaze,Model-Irma AX+ 1 Parametri tehnici: 1.Minute volum – de la 0 pînă la 30 L/min (MV) 2.Volum inspirator – de la 0 pînă la 2000ml (vt) 3.FR de la 0 pînă la 100 r/min Regimuri de lucru VCV;PCV;SIMV;Manual Mode	**Masina de anestezie Wato EX-35** Da, vaporizatoare Sev – 1 buc. si Iso – 1 buc Monitor 10.4 inch touch screen – ventilator; Monitor de pacient 12 inch (SpO2, ECG, NIBP) Analizator de gaze : gaze anestezice, Auto ID, CO2 Parametri tehnici: 1.Minute volum – de la 0 pînă la 100 L/min (MV) 2.Volum inspirator – de la 20 pînă la 1500ml (vt) 3.FR de la 4 pînă la 100 r/min PEEP 0-30 cm H2O I:E 4:1 – 1:8 Valva APL (regim manual) – 1-75 cm H2O Regimuri de lucru VCV;PCV;SIMV;Manual Mode – da Baterie – 90 min Sertare pentru depozitare – 3 buc Interfata de utilizare limba rusa/engleza

Digitally signed by Prodan Sveatoslav
Date: 2019.05.29 13:31:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova