

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocde-b3wdp1-MD-1649309919379 din 18.04.2022					
Denumirea licitației: Servicii de mentenanță a utilajului medical					
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	50421000-2	Mentenanța anuală pentru Analizator biochimic BIOBASE BK-400	Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru;Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Verificare și calibrarea pompei de vacuum; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică Curățarea părților de lucru;Calibrarea dispozitivului; Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; Dezinfectarea tuburilor, diluatorului conform manualului tehnic; Verificare și calibrarea pompei de vacuum; Curățarea sistemului optic; Curățarea garniturii sistemului de vacuum; Verificarea și înlocuirea tuburilor interne și a acelor de probă ; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Iuliana SelarÎn calitate de: product manager

Ofertantul :IM „Becor” SRL

Adresa: str.Calea Orheiului 111/5