

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5,6, 8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754311939142 din 03.10.2025								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	13	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943)	125 0007 1	Turcia	Bicakçilar	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943), Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female., Bucată	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943), Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female., Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000398217
33100000-1	14	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944)	13113001-1	Turcia	R-Vent	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944), Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O, Bucată	Circuit respirator unică folosință, cu capcană și încălzitor, adulți, Mindray SV600, Jike SH530 (006944), Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000349433
33100000-1	15	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945)	31305020	Turcia	R-Vent	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945), Componenta minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plămîn de rezervă, fără latex, ≥ 2L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35, Bucată	Circuit respirator unică folosință, adulți, Mindray Wato EX 35 (006945), Componenta minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plămîn de rezervă, fără latex, ≥ 2L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558861
33100000-1	17	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	F4141	Italia	FIAB SPA	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948), Electrod activ lamă, cuțit lungime = 70 mm (+-5mm) mîner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri,	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948), Electrod activ lamă, cuțit lungime = 70 mm (+-5mm) mîner cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab	CE/DM000466393

						lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	3 contacte, Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	18	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949)	HT-1-304	China	Huatong	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949), Electrod activ lamă, mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949), Electrod activ lamă, mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000555296
33100000-1	20	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951)	SF12	China	Intco Medical	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951), Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosință, Tip pacient: Adult, Bucată	Electrod ECG unică utilizare, Adult (006951), Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosință, Tip pacient: Adult, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569607
33100000-1	23	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	GC04	China	Intco Medical	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954), Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303., Bucată	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954), Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303., Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569595
33100000-1	25	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958)	SF07	China	Intco Medical	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958), 1.Dimensiune 25 - 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Electrod ECG 25-30mm unică utilizare pediatric 24 ore (006958), 1.Dimensiune 25 - 30mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569603
33100000-1	29	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967)	SF12	China	Intco Medical	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967), 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. 7. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 8.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată	Electrod ECG ~40mm unică utilizare, adulți (006967), 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. 7. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 8.Rezistent la șocuri de defibrilare obligatoriu, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569607
33100000-1	30	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968)	SF11	China	Intco Medical	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968), 1.Dimensiune 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006968), 1.Dimensiune 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori,	CE/DM000569605

						utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	31	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969)	SF11	China	Intco Medical	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969), 1.Dimensiune 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Electrod ECG 30-37mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006969), 1.Dimensiune 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. termen lung sau 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569605
33100000-1	32	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970)	SF40	China	Intco Medical	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970), 1.Dimensiune 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 24 ore (006970), 1.Dimensiune 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569597
33100000-1	33	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971)	SF40	China	Intco Medical	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971), 1.Dimensiune 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Electrod ECG 38-47mm pediatric, unica utilizare, 48 ore (006971), 1.Dimensiune 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569597
33100000-1	34	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972)	SF08	China	Intco Medical	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 48 ore (006972), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569608
33100000-1	35	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973)	SF08	China	Intco Medical	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.	Electrod ECG 48-54mm adult, unica utilizare, 24 ore (006973), 1.Dimensiune 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori,	CE/DM000569608

						termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	36	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974)	SF27	China	Intco Medical	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 110.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 48 ore (006974), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8.termen de utilizare min. 48 ore sau de lungă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 110.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569611
33100000-1	39	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977)	SF27	China	Intco Medical	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată	Electrod ECG 54-60mm adult, unica utilizare, solid 24 ore (006977), 1.Dimensiune 54 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.Tip snap button , 7. adeziv neiritant, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 de ore sau de scurtă durată, 9.Impedanță 10 Hz $\leq$ 150 ohm; 10.Rezistent la șocuri de defibrilare o bligatoriu, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000569611
33100000-1	61	Filtru pentru circuite de respirație (007004)	40920	Turcia	R-Vent	Filtru pentru circuite de respirație (007004), Rata de filtrare Bacteriala $\geq$ 99,99% Rata de filtrare Virala $\geq$ 99,9% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,04 cm H2O Volum compresibil $\leq$ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație (007004), Rata de filtrare Bacteriala $\geq$ 99,99% Rata de filtrare Virala $\geq$ 99,9% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 2,04 cm H2O Volum compresibil $\leq$ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558943
33100000-1	62	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005)	41520	Turcia	R-Vent	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005), Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq$ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq$ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic (007005), Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq$ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min $\leq$ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\leq$ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) $\geq$ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558955

33100000-1	64	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007)	40820	Turcia	R-Vent	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007), 1. Filtru de tip HME, Adult 2. Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) $\leq 1,4$ mbari 4. Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l 5. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l , Bucată	1. Filtru pentru circuite de respirație de tip HME (007007), 1. Filtru de tip HME, Adult 2. Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ 3. Rezistență la inspirație (mbar la 30 l/min) $\leq 1,4$ mbari 4. Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l 5. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l , Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558935
33100000-1	65	Filtru antibacteriene de unica folosință pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008)	273 01	Turcia	Medbar	Filtru antibacteriene de unica folosință pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008), Filtru antibacteriene de unica folosință pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm, Bucată	Filtru antibacteriene de unica folosință pu spirometru BTL-08 SPIRO (007008), Filtru antibacteriene de unica folosință pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559056
33100000-1	66	Filtru antibacteriene de unica folosință pu spirometru Spirolab Mir (007009)	273 02	Turcia	Medbar	Filtru antibacteriene de unica folosință pu spirometru Spirolab Mir (007009), Filtru antibacteriene de unica folosință pu spirometru Spirolab Mir, Bucată	Filtru antibacteriene de unica folosință pu spirometru Spirolab Mir (007009), Filtru antibacteriene de unica folosință pu spirometru Spirolab Mir, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559057
33100000-1	67	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010)	40920S	Turcia	R-Vent	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H ₂ O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult (007010), Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H ₂ O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558945
33100000-1	68	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011)	40210	Turcia	R-Vent	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011), Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresibil ≤ 11 ml Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal (007011), Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresibil ≤ 11 ml Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558923
33100000-1	69	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012)	40410	Turcia	R-Vent	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012), Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacterială $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virală $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H ₂ O Volum compresibil ≤ 30 ml Pierdere de umiditate (mg/l la VT	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric (007012), Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacterială $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virală $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H ₂ O	CE/DM000558927

						= 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată	Volum compresibil ≤ 30 ml Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual, Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	70	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013)	40320	Turcia	R-Vent	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013), Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 60l/min ≤ 3,3 cm H2O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T (007013), Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 60l/min ≤ 3,3 cm H2O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diametru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558953
33100000-1	71	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014)	40820	Turcia	R-Vent	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014), Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual, Bucată	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME (007014), Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558935
33100000-1	72	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015)	41100	Turcia	R-Vent	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015), Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min ≤ 0,3 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual, Bucată	Filtru traheostomic de respirație, tip HME (007015), Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min ≤ 0,3 cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protecție (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj individual, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558947
33100000-1	73	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air	40320	Turcia	R-Vent	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016), Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear (007016), Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA	CE/DM000558953

		Guard Clear (007016)				Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistentă la flux 30 l/min $\leq 1,33$ cm H ₂ O, volum compresibil ≤ 120 ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical, Bucată	Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistentă la flux 30 l/min $\leq 1,33$ cm H ₂ O, volum compresibil ≤ 120 ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical, Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	75	Gel ECG, 250 ml (007019)	KAFG31-2	Turcia	KAF GRUP	Gel ECG, 250 ml (007019), 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului. , Bucată	Gel ECG, 250 ml (007019), 1.Volum flacon 250 ml (± 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului. , Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000368050
33100000-1	76	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020)	KAFG31	Turcia	KAF GRUP	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020), 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 7. Flacon reutilizabil 8 Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare, Bucată	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (007020), 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 7. Flacon reutilizabil 8 Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale,cu posibilitatea de dozare, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000368048
33100000-1	77	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021)	KAFG31-3	Turcia	KAF GRUP	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021), 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale, Bucată	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml (007021), 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. 7. Ambalajul sa fie transparent, flexibil moale, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000368051
33100000-1	78	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022)	ULSTAR-1100S	Coreea	Durico	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S, Bucată	Hârtie USG, 110mm x 20m, tip S (007022), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip S compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000761441
33100000-1	124	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070)	ULSTAR-1100HD	Coreea	Durico	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD, Bucată	Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD (007070), Hirtie USG, 110mm x 20m, tip HD echivalent cu UPP-100 HD, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000761437

33100000-1	127	Hirtie radiologica A4, Codonics (007073)	A4-DVP	SUA	Codonics	Hirtie radiologica A4, Codonics (007073), Hirtie pentru mediu alb-negru A4 ambalaj pînă la 80 bucăți în cutie echivalent cu model A4-DVP, Codonics, Bucată	Hirtie radiologica A4, Codonics (007073), Hirtie pentru mediu alb-negru A4 ambalaj pînă la 80 bucăți în cutie echivalent cu model A4-DVP, Codonics, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000372482
33100000-1	128	Hîrtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074)	ULSTAR-1100HG	Coreea	Durico	Hîrtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074), Hirtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent Super ULSTAR-1100 HG și SONY 110 HG; , Bucată	Hîrtie USG, 110mm x 18m, tip HG (007074), Hirtie USG, 110mm x 18m, tip HG echivalent Super ULSTAR-1100 HG și SONY 110 HG; , Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000761436
33100000-1	137	Injector-seringa 200ml (007086)	42.16.30002	China	SCW Medicaht	Injector-seringa 200ml (007086), Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7, Bucată	Injector-seringa 200ml (007086), Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232474
33100000-1	151	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m (007102)	4AFR100200	Turcia	Dort-A Tip	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x100m (007102), Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x200m (007102), Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392497
33100000-1	152	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103)	4AFR100200	Turcia	Dort-A Tip	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103), Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 100mm x 200m (007103), Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392497
33100000-1	153	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104)	4AFR150200	Turcia	Dort-A Tip	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104), Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 150mm x 200m (007104), Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru	CE/DM000392498

						conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	154	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105)	4AFR200200	Turcia	Dort-A Tip	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105), Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 200mm x 200m (007105), Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392499
33100000-1	155	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106)	4AFR250200	Turcia	Dort-A Tip	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106), Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 250mm x 200m (007106), Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392500
33100000-1	156	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107)	DM000392501	Turcia	Dort-A Tip	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107), Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 300mm x 200m (007107), Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e	CE/4AFR300200

						standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	157	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108)	4AFR350200	Turcia	Dort-A Tip	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108), Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 350mm x 200m (007108), Rolă din hîrtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392502
33100000-1	158	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109)	4AFR400200	Turcia	Dort-A Tip	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109), Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 400mm x 200m (007109), Rolă din hîrtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392503
33100000-1	159	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110)	4AFR450200	Turcia	Dort-A Tip	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 50mm x 200m (007110), Rolă din hîrtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	CE/DM000392504

							Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	160	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111)	4AFR075200	Turcia	Dort-A Tip	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 75mm x 200m (007111), Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 11140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000392496
33100000-1	167	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml (007118)	50ML	China	Anhui Hongyu	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml (007118), Seringa pentru perfuzomat 20-60ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului., Bucată	Seringa pentru perfuzomat 20-60ml (007118), Seringa pentru perfuzomat 20-60ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului., Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000646030
33100000-1	173	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie, TERUMO (007126)	107 0003 1	Turcia	Bicakçilar	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie, TERUMO (007126), Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800, Bucată	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie, TERUMO (007126), Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000398209
33100000-1	174	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon (007127)	222- FT-A001	China	Baihe	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon (007127), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip Nihon Kohden, Bucată	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon (007127), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip Nihon Kohden, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000753771
33100000-1	215	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 (007210)	995	Turcia	R-Vent	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 (007210), Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 reutilizabila, adult, Bucată	Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 (007210), Camera de umidificare pentru umidificator JK 530, ventilator Mindray SV 650 reutilizabila, adult, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558867
33100000-1	222	DVD-R+plicuri (007260)	DVD+R 4.7GB Plic	UAE	Omega	DVD-R+plicuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată	DVD-R+plicuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată *Conform broșura pagina 1	ISO
33100000-1	225	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2	HT-1-304	China	Huatong	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri (007265), Electrozi activi mono utilizabili, cu 2	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri (007265), Electrozi activi mono utilizabili, cu 2	CE/DM000555296

		butoane, cablu de 3metri (007265)				butoane, cablu de 3metri, cu conector de tip VALLEYLAB, Bucată	butoane, cablu de 3metri, cu conector de tip VALLEYLAB, Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	239	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314)	294 08	Turcia	Medbar	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314), Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm, Bucată	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314), Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000609591
33100000-1	240	Linie extenzie (007316)	295 08	Turcia	Medbar	Linie extenzie (007316), pentru pompa angio, rezistente la presiune înaltă (minim 300 PSI), 1.5m, Bucată	Linie extenzie (007316), pentru pompa angio, rezistente la presiune înaltă (minim 300 PSI), 1.5m, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000609607
33100000-1	243	Linii pentru monitorizare CO2 (007319)	2114	Turcia	R-Vent	Linii pentru monitorizare CO2 (007319), Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher., Bucată	Linii pentru monitorizare CO2 (007319), Linii pentru monitorizare CO2. Compatibil cu masini de anestezie Mindray, Astra, Dragher., Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000558856
33100000-1	245	Prelungitoare pentru seringi “Perfuzor compact” “Perfuzor fm” (007335)	012 7150 1	Turcia	Bicakcilar	Prelungitoare pentru seringi “Perfuzor compact” “Perfuzor fm” (007335), Lungime 1,5m, Tip “male-female”, Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Bucată	Prelungitoare pentru seringi “Perfuzor compact” “Perfuzor fm” (007335), Lungime 1,5m, Tip “male-female”, Diametrul intern 1.2 mm, diametru extern 2,5 mm, Rezistent la compusii medicamentosi, Rezistente la contactul cu antiseptici, Transparent inclusiv si locusul conexiunilor, Polivinilclorid (PVC), Steril, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000398192
33100000-1	246	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336)	295 08	Turcia	Medbar	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336), Steril, lungimea-150 cm, presiune min 54 bar sau 800 psi, diametrul intern 1,5 mm, diametrul extern 3,0 mm, Bucată	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336), Steril, lungimea-150 cm, presiune min 54 bar sau 800 psi, diametrul intern 1,5 mm, diametrul extern 3,0 mm, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000609607
33100000-1	247	Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 50 ml (007355)	50ML	China	Anhui Hongyu	Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 50 ml (007355), Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip” Perfuzor Spritze” pentru aparatul de perfuzie ”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm”, Steril, Bucată	Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 50 ml (007355), Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip” Perfuzor Spritze” pentru aparatul de perfuzie ”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm”, Steril, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000646030
33100000-1	250	Set- seringă compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP (007364)	42.16.10001	China	SCW Medicath	Set- seringă compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP (007364), 2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 - Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T., Bucată	Set- seringă compatibil cu angiomat Antmed CT model ImaStar CDP (007364), 2 buc.seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm (+-10cm) 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T., Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232451
33100000-1	251	Set seringă pentru CT (007365)	42.16.10001	China	SCW Medicath	Set seringă pentru CT (007365), Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul contine: Seringi de 200ml-2buc., Tub	Set seringă pentru CT (007365), Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul contine: Seringi de 200ml-2buc.,	CE/DM000232451

						de legatura - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie sa fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector, Bucată	Tub de legatura - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie sa fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector, Bucată *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	273	Electrod lamă unică utilizare, 1.5m (007433)	HT-1-304	China	Huatong	Electrod lamă unică utilizare, 1.5m (007433), Electrod activ lamă, mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 1.5m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Electrod lamă unică utilizare, 1.5m (007433), Electrod activ lamă, mâner cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 1.5m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000555296
33100000-1	280	Filtru antibacterial, de unica folosință compatibil cu Pony FX (G48040)	273 02	Turcia	Medbar	Filtru antibacterial, de unica folosință compatibil cu Pony FX (G48040), 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 26mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual 7. Echivalent cu model A 182 300 004, Cosmed, Bucată	Filtru antibacterial, de unica folosință compatibil cu Pony FX (G48040), 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 26mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual 7. Echivalent cu model A 182 300 004, Cosmed, Bucată *Conform broșura pagina 1	CE/DM000559057

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**