

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1651130054540 din 28.04.2022						
Obiectul achiziției: Necesarul de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri						
Lot 69: Cablu de conectare a lamelei la videomonitor	8403X	Germania	Karl Storz	Compatibil cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC 8403 ZX. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC 8403 ZX. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC
Lot 71: Cablu fibroptic ref.code 80663523	495NAC/ 495NCSC – unul la alegere	Germania	Karl Storz	Compatibil cu sursa de lumina Xenon Nova 300, Karl Storz. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu sursa de lumina Xenon Nova 300, Karl Storz. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC

Lot 90: Cablu interconectare pentru instrumente bipolare	26176LE	Germania	Karl Storz	Cablu interconectare instrumente monopolare - electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Cablu interconectare instrumente monopolare - electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	ISO, EC
Lot 91: Cablu interconectare electrod netru	27806	Germania	Karl Storz	Cablu interconectare electrod netru reutilizabil cu electrocoagulatorul, compatibil cu electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205 20. Electrod netru reutilizabil compatibil cu cablul de interconectare si electrocoagulatorul mentionat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. .	Cablu interconectare electrod netru reutilizabil cu electrocoagulatorul, compatibil cu electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205 20. Electrod netru reutilizabil compatibil cu cablul de interconectare si electrocoagulatorul mentionat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. .	ISO, EC
Lot 92: Cablu interconectare pentru instrumente monopolare	26005M	Germania	Karl Storz	Cablu interconectare instrumente monopolare - electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205. diametrul interior al conectorului catre instrument: 4 mm, lungime conector instrument 21mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. .	Cablu interconectare instrumente monopolare - electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205. diametrul interior al conectorului catre instrument: 4 mm, lungime conector instrument 21mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. .	ISO, EC
Lot 131: Piese pentru Yumizen H500						

Lot 131.1: Kit mentenanță Yumizen H500	13000218231(300033061)	Franța	Horiba	Compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen H500. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen H500. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC
Lot 131.2: Camera de măsurare	1209111867	Franța	Horiba	Compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen H500. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu analizatorul Horiba Yumizen H500. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC
Lot 132: Piese pentru Pentra C400						
Lot 132.1: Kit mentenanță Pentra C400	1209159792	Franța	Horiba	Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC
Lot 132.2: Lampă halogen Pentra C400	1203601326	Franța	Horiba	Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu analizatorul Horiba Pentra C400. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC

Lot 132.3: Reagent level detection board	1209109500	Franța	Horiba	Compatibil cu analizatorul Horiba Pentru C400. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu analizatorul Horiba Pentru C400. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC
Lot 146: Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor	8135	Elveția	Storz Medical	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC
Lot 147: Cuplare filtru de apa p/u protecția pompei de apa	8905	Elveția	Storz Medical	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC
Lot 148: Unitate de cuplare din silicon, membrana din material plastic ,în partea din față a dispozitivului de terapie	27570	Elveția	Storz Medical	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC

Lot 149: Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK	10205	Elveția	Storz Medical	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC
Lot 150: Traductor micro-convex UST-9102U-3.5	UST-9102U-3.5 (9865 US-Schwinger)	Elveția	Storz Medical	Diapazonul frecvența de lucru 2.5-6.0 Mhz, unghiul câmpului de scanare 90°. Compatibil cu ultrasonograful Aloka ProSound 6 și unitate de litotritie ultrasonică Modulith SLK . Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Diapazonul frecvența de lucru 2.5-6.0 Mhz, unghiul câmpului de scanare 90°. Compatibil cu ultrasonograful Aloka ProSound 6 și unitate de litotritie ultrasonică Modulith SLK. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	ISO, EC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Irina Gherman** În calitate de: **Director**
Ofertantul: SC „Denolga Medical” SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**