

Specificații tehnice (F 4.1)

MTenderID: ocds-b3wdp1-MD-1784573456103						
Obiectul achiziției: “Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului medical și de precizie”						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Sistem de diagnostic CT LOT 2	Aquilion Lightning	Japonia	Canon Medical Systems Corporation	Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspekțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Canon Model: Aquilion Lightning	Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspekțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Canon Model: Aquilion Lightning	Autorizație ANRANR
Sistem de diagnostic radiologic cu braț C LOT 3	NEEO R9	Italia	IBIS SRL	Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspekțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate tehnice cît și cele de program; —Calibrarea dispozitivului;	Lucrările de mentenanță preventivă/corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspekția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspekțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor depistate	Autorizație ANRANR

				—Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Ibis Model: NEEO R9	tehnice cît și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Producător: Ibis Model: NEEO R9	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44