

Specificații tehnice

Numărul LP ocds-b3wdp1-MD-1637047388129 din 22.12.2021  
 ictul achiziției Reactivelor de laborator pentru anul 2022 ( Lista suplimentară)

Anexa nr.22  
 Documentația standart nr.115  
 din 15.09.2021

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2						8	
	Lot. 7	Component OST (150ml)	O.C.T. <sup>TM</sup> Compound Cryo Embedding Medium COD 4583	Japonia	Sakura	Emberding medium pentru criostat.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunile de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate în limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni.	Emberding medium pentru criostat	ISO,CE
	Lot. 11	Parafina omogenizata cu temperatura 56/58	Tissue-Tek® Paraffin Wax TEK IV, 1 x 25 kg 54 - 58 °C COD 4525	Japonia	Sakura	Amestecul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001 (în dependenta de categorie produsului), Date de identitate (denumirea, numarul lotului,seria,termenul de valabilitate, conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunile de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate în limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni	Amestecul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 54-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina	ISO,CE
	Lot. 12	Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58	Tissue-Tek® Paraffin Wax TEK IV, 1 x 25 kg 54 - 58 °C COD 4525	Japonia	Sakura	Amestecul de ceara de parafina albastru cu polimeri plastice omogenizata granulata cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001 (în dependenta de categorie produsului), Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria , termenul de valabilitate, conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunile de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate în limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni	Amestecul de ceara de parafina albastru cu polimeri plastice omogenizata granulata cu punctul de topire 54- 58 C	ISO,CE
	Lot. 14	Lamele pentru acoperire 24x50	Tissue-Tek® Glas <sup>TM</sup> Coverslips 24 x 50 mm, 10x100/pcs	Japonia	Sakura	0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibile cu aparat Sacura.	0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibile cu aparat Sacura.	ISO,CE
	Lot. 15	Lamele pentru acoperire 24x60	Tissue-Tek® Glas <sup>TM</sup> Coverslips 24 x 60 mm, 10x100/pcs	Japonia	Sakura	0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibile cu aparat Sacura.	0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibile cu aparat Sacura.	ISO,CE
	Lot. 16	Caseta histologica standart(albe)	Tissue-Tek® Uni-Cassette® White, 2000/cs COD 4170	Japonia	Sakura	Compatibile cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre	Compatibile cu Microtome Sacura	ISO,CE

Lot. 17	Caseta histologica standart(galbene) IHC	Tissue-Tek® Uni-Cassette® Yellow, 2000/cs COD 4154F	Japonia	Sakura	Compatibile cu Microtome Sacura	ISO,CE	
Lot. 18	Lame pentru Criotom 20 blades (cryo section )	Accu-Edge® Low-Profile Cryo Sectioning (C35), 20/cs COD 4810	Japonia	Sakura	Blade engle 35, lenht 80mm,width 8mm,the thickness 0.33mm)Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de valoarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunile de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate în limba de stat sau rusa	Blade engle 35,lenht 80mm,width 8mm,the thickness 0.33mm)	ISO,CE
Lot. 19	Lame pentru microtom PATHO-CUTTER-R35. NR50	Accu-Edge® Low-Profile Hard Tissues (N35), 50/cs COD 4690	Japonia	Sakura	( 0.25x8x80mm)NR50. Compatibile cu Microtome Sacura.Monstre.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de valoarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate (denumirea, numarul lotului,seria,termenul de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunile de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate. Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate în limba de stat sau rusa.	( 0.25x8x80mm)NR50. Compatibile cu Microtome Sacura	ISO,CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Șarco Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: SRL PHARMONY Adresa: mun. Chișinău, or. Durelești, str. Durelești 4