

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1622196991681				Data: „08” iunie 2021			Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Centru, pentru anul 2021 CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE				Lot: 1, 2			Pagina: _1_ din _2_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8	9
33100000-1	1	Aparat pentru înregistrarea otoemisiilor tip screening	ERO●SCAN	Germany	MAICO Diagnostics GmbH	Aparat pentru înregistrarea otoemisiilor tip screening Cod Descriere Destinat pentru înregistrarea otoemisiilor acustice tip TEOEA și DPOEA Parametru Specificația Tip portabil Testare, metoda TEOEA și DPOEA Număr de fregvențe pentru fiecare tip EOA minim 3 Timpul mediu de testare (1 ureche) 10-20 secunde nivelul maxim de ieșire ≤90 dB SPL Nivelul de zgomote interne ≤30 dB SPL Mod de testare Automat, manual Indicator al corectitudinii introducerii sondei în conductul auditiv extern da Acumulator da Alimentare 220V, 50Hz Conectare PC, port USB da Accesorii încărcător pentru acumulator set de olive diferite dimensiuni N1 prelungitor (tub elastic) pentru insertia olivei		Aparat pentru înregistrarea otoemisiilor tip screening Cod Descriere Destinat pentru înregistrarea otoemisiilor acustice tip TEOEA și DPOEA Parametru Specificația Tip portabil Testare, metoda TEOEA și DPOEA da Număr de fregvențe pentru fiecare tip EOA minim 3 da Timpul mediu de testare (1 ureche) 10-20 secunde nivelul maxim de ieșire ≤90 dB SPL da Nivelul de zgomote interne ≤30 dB SPL da Mod de testare Automat Indicator al corectitudinii introducerii sondei în conductul auditiv extern da Acumulator da Alimentare 220V, 50Hz da Conectare PC, port USB da (PC connection software optional) Accesorii încărcător pentru acumulator da set de olive diferite dimensiuni N1 da prelungitor (tub elastic) pentru insertia olivei - not applicable	CE, ISO 13485

33100000-1	2	Combină audiologică	MINI Sound Shelter 250	Germany	Industrial Acoustics Company GmbH	Cameră izolată fonic Cod Descriere Cameră izolată fonic destinată efectuării diagnosticului surdologic în cabinetul de audiologie Parametru Specificația Tip mobilă (pe roțile, minim 2 frîne) Dimensiuni Lățimea 80 cm ± 20% lungimea 100 cm ± 20% Înălțimea 200 cm ± 20% Nivelul de izolare fonică dB 250Hz ≥30 500Hz ≥35 1000Hz ≥40 2000Hz ≥50 4000Hz ≥50 8000Hz ≥50 Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii sursă de limină suport pentru căști ventilare forțată fereastră pentru contact vizual	Cameră izolată fonic Cod Descriere Cameră izolată fonic destinată efectuării diagnosticului surdologic în cabinetul de audiologie Parametru Specificația Tip mobilă (pe roțile, minim 2 frîne) da Dimensiuni Lățimea 80 cm ± 20% da lungimea 100 cm ± 20% da Înălțimea 200 cm ± 20% da Nivelul de izolare fonică dB 250Hz ≥30 - 32 dB 500Hz ≥35 - 38 dB 1000Hz ≥40 - 44 dB 2000Hz ≥50 - 51 dB 4000Hz ≥50 - 52 dB 8000Hz ≥50 - 50 dB Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii sursă de limină da suport pentru căști da ventilare forțată da fereastră pentru contact vizual da	CE, ISO 9001
------------	---	---------------------	------------------------	---------	-----------------------------------	---	--	--------------

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator



Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301