

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. lot	Numărul licitației: 21010371 / ocds-b3wdp1-MD-1564139487123					Data: „06-16” august 2019	Alternativa nr.: nu sunt	
	Denumirea licitației: Consumabile pentru aparatul BBRAUN OMNI, conform cerințelor IMSP Institutul de Medicină Urgentă					Lot: toate	Pagina: 1 din 2	
	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33140000-3	Kit terapii CRRT (Omniset KIT)	Omniset KIT	Germania	B.Braun Avitum AG	Setul trebuie sa fie alcatuit din segmente de tubulatura, linii si camere de deaerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul trebuie sa contina: Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparina si citrat Linie venoasa cu linie auxiliara pentru infuzia calciului si punga cu volum de minim 2 L pentru solutia de clatire Linie pentru solutia de dializat, dotat cu punga de incalzire Linie de substitutie Linie de evacuare 1 punga effluent cu volum de 7 L Filtru cu membrana din DIAPES 5 filtre pentru protectia porturilor de presiune Kitul trebuie sa fie destinat tuturor terapilor CRRT si sa fie disponibile in 3 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,8mp si 1,6 mp Kitul trebuie sa permita un flux de sange cuprins intre 10 ml/min si 500 ml/min Primingul setului trebuie sa se realizeze cu maxim 1000ml ser	Setul alcatuit din segmente de tubulatura, linii si camere de deaerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul contine: Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparina si citrat Linie venoasa cu linie auxiliara pentru infuzia calciului si punga cu volum de minim 2 L pentru solutia de clatire Linie pentru solutia de dializat, dotat cu punga de incalzire Linie de substitutie Linie de evacuare 1 punga effluent cu volum de 7 L Filtru cu membrana din DIAPES 5 filtre pentru protectia porturilor de presiune Kitul trebuie sa fie destinat tuturor terapilor CRRT si sa fie disponibile in 3 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,8mp si 1,6 mp; Kitul permite un flux de sange cuprins intre 10 ml/min si 500 ml/min Primingul setului se realizeaza cu maxim 1000ml ser	CE, ISO
2	33140000-3	Punga de golire cu volum de 7 l	Omnibag 7000 ml Effluent bag	Germania	B.Braun Avitum AG	Punga trebuie sa aiba un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent	Punga trebuie are un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent	CE, ISO
3	33140000-3	Solutie de electroliti pe baza de bicarbonat, pentru hemofiltrare	Solutie bicarbonate pentru hemofiltrare	Germania	B.Braun Avitum AG	Solutia trebuie sa fie destinata terapilor CRRT si sa fie fara lactat. Trebuie sa aiba 2 moli potasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de bicarbonat sa fie cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei sa fie cuprins intre 7-8 Trebuie sa fie ambalata in pungi de polietilena, dublu compartimentate- electrolitii si solutia tampon	Solutia destinata terapilor CRRT si fara lactat. Are 2 moli potasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de bicarbonat cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei cuprins intre 7-8 Ambalata in pungi de polietilena, dublu compartimentate- electrolitii si solutia tampon	CE, ISO
4	33140000-3	Kit Cateter Dializa Hight Flow Premium cu mandren 11Fr x 200mm	Kit cateter Dializa Hight Flow 11x200	Germania	JOLINE GmbH and CO.KG	Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodinamic Mandren preinserat pentru insertie usoara Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.89 / 700 mm Sectiuni (arteriala si venoasa) impartite in mod egal 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilatator 12 Fr	Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodinamic Mandren preinserat pentru insertie usoara Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.89 / 700 mm Sectiuni (arteriala si venoasa) impartite in mod egal 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock	CE, ISO

							Dilatator 12 Fr	
5	33140000-3	Kit Cateter Dializa Hight Flow Premium cu mandren 13Fr x 200mm	Kit cateter Dializa Hight Flow 13x200	Germania	JOLINE GmbH and CO.KG	Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodinamic Mandren preinserat pentru insertie usoara Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.97/ 700 mm Sectiuni (arteriala si venoasa) impartite in mod egal 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilatator 13 Fr	Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac Varf special (design unic), fara gauri laterale, design hemodinamic Mandren preinserat pentru insertie usoara Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare)- 0.97/ 700 mm Sectiuni (arteriala si venoasa) impartite in mod egal 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilatator 13 Fr	
6	33140000-3	Cartuș absorbant (Cytosorb)	Cytosorb (cartuș absorbant)	USA	Cytosorbents, Inc.	Cartus dedicat adsorbției citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniacului, acizilor biliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum, si ale staphylococcus aureus. Materialul adsorbant trebuie sa fie polimer biocompatibil. Compatibil cu orice aparat pentru hemofiltrare/hemoperfuzie si circulatie extracorporala (CEC, ECMO), putand fi inclus in circuitele de epurare extracorporeala cu ajutorul adaptorilor specifici. Trebuie sa poata fi folosit in orice terapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparina sau citrat. Volumul cartusului trebuie sa fie de 300 ml. Adsorberul trebuie sa fie folosit in tratamente de 24 de ore. Pentru primingul adsorberului trebuie sa fie nevoie de aproximativ 2 l ser fiziologic neheparinizat. Selectivitatea moleculara pentru substantele adsorbite trebuie sa fie pana la 55.000 Daltoni Volumul de extracorporal rezidual trebuie sa nu depasesca 150 ml. Trebuie sa functioneze cu fluxuri cuprinse intre 100 si 700ml/min. Trebuie sa fie preumplut cu clorura de sodiu 0,9% Dispozitivul trebuie sa detina marcaj CE pentru adsorbția citokinelor, bilirubinei si mioglobinei. Adsorberul trebuie sa nu indeparteze albumina, heparina, antitrombina III, fibrinogen sau electroliti (cum ar fi calciul). Sterilizare- raze gamma Durata de viata: 3 ani	Cartus dedicat adsorbției citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniacului, acizilor biliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum, si ale staphylococcus aureus. Materialul adsorbant - polimer biocompatibil. Compatibil cu orice aparat pentru hemofiltrare/hemoperfuzie si circulatie extracorporala (CEC, ECMO), putand fi inclus in circuitele de epurare extracorporeala cu ajutorul adaptorilor specifici. Trebuie sa poata fi folosit in orice terapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparina sau citrat. Volumul cartusului trebuie sa fie de 300 ml. Adsorberul trebuie sa fie folosit in tratamente de 24 de ore. Pentru primingul adsorberului - nevoie de aproximativ 2 l ser fiziologic neheparinizat. Selectivitatea moleculara pentru substantele adsorbite trebuie sa fie pana la 55.000 Daltoni Volumul de extracorporal rezidual trebuie sa nu depasesca 150 ml. Trebuie sa functioneze cu fluxuri cuprinse intre 100 si 700ml/min. Preumplut cu clorura de sodiu 0,9% Dispozitivul -detine marcaj CE pentru adsorbția citokinelor, bilirubinei si mioglobinei. Adsorberul nu indeparteaza albumina, heparina, antitrombina III, fibrinogen sau electroliti (cum ar fi calciul). Sterilizare- raze gamma • Durata de viata: 3 ani	CE, ISO

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va face la comandă, după necesități în decurs de 5 zile, pe parcursul anului 2019;
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile;

Semnăt:_____ Numeme, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: “GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65, of. 607