

Specificații tehnice

Numărul LP ocds-b3wdp1-MD-1645609017665 din 04.03.2022
Obiectul achiziției Consumabile pentru anatomia-patologică pentru 2022

Anexa nr.22
Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2					8	
33600000-6	Lot. 3 Parafina	Tissue-Tek® Paraffin Wax TEK IV, 54° - 58°C COD 4525	Japonia	Sakura	Lot.3 PARAFINA (Reactiv pentru impregnare și încorporare a mostrei tisulare) Format: Granule (Produs chimic de laborator), standardă, în granule solide, non-toxic; Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate; Aplicație: impregnarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; Componenta chimică: amestec de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; Particularități tehnice ale reactivului: Soluție chimică în granule, miros specific, este clasificabil cu directivele CE, să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 47° - 58° C, impregnare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderii a aburilor de apă, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocresare în vacum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic. Unitatea de măsură: Kilogram. Ambalajul: livrat destinatarului în saci 20 kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare). Denumire producător: nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. Limbajul tichetului: se acceptă una din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical și stație de impregnare în parafină MYR.	Lot.3 PARAFINA (Reactiv pentru impregnare și încorporare a mostrei tisulare) Format: Granule (Produs chimic de laborator), standardă, în granule solide, non-toxic; Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate; Aplicație: impregnarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; Componenta chimică: amestec de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; Particularități tehnice ale reactivului: Soluție chimică în granule, miros specific, este clasificabil cu directivele CE, să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 54° - 58° C, impregnare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderii a aburilor de apă, compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocresare în vacum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic. Unitatea de măsură: Kilogram. Ambalajul: livrat destinatarului în saci 20 kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv,compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare). Denumire producător: nume și adresa producătorului; informații de siguranță în pictograme. Limbajul tichetului: se acceptă una din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi SLEE medical și stație de impregnare în parafină MYR.	Declarație CE de conformitate
33600000-6	Lot.12 Casete din plastic standard	Tissue-Tek® Uni-Cassette® White, 2000/cs COD 4170	Japonia	Sakura	Lot.12 Casete din plastic standard Casete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, culoare alba, din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unghi 45,0o. Ambalaj a câte 2000 casete.	Lot.12 Casete din plastic standard Casete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, culoare alba, din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unghi 45,0o. Ambalaj a câte 2000 casete.	Declarație CE de conformitate
33600000-6	Lot. 15 Lame microtom	Accu-Edge® Low-Profile Hard Tissues (N35), 50/cs COD 4690	Japonia	Sakura	Lot.15 Lame microtom Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 340. Compatibil cu microtom rotativ SLEE medical. Particularități tehnice Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13 inch (80 × 8mm), grosime: 0,01 inch. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34°, proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orice microtom semiautomat, automat. Ambalaj specializat - casetă de polipropilen. 1 casetă până la 50 lame/casetă. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de performanța si trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ SLEE medical	Lot.15 Lame microtom Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 340. Compatibil cu microtom rotativ SLEE medical. Particularități tehnice Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13 inch (80 × 8mm), grosime: 0,01 inch. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34°, proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orice microtom semiautomat, automat. Ambalaj specializat - casetă de polipropilen. 1 casetă până la 50 lame/casetă. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de performanța si trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ SLEE medical	Declarație CE de conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șarco Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: SRL PHARMONY Adresa: mun. Chișinău, or. Durelești, str. Durlești 4