

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1667394046042 din 22.11.2022
Obiectul achiziției: Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) – sistem închis pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot. 8 Set consumabile pentru plasmafereza la aparatul Nigale	Disposable Plasma Apheresis Set, Model: P-4319	China	Siguan Nigale Biotechnology Co., L	- Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai mica de 3 cm. - integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; la portiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanta de 10 cm, - asigurat cu clama la puna de plasma. - amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm. - Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent - Linia pentru separarea plame sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol-	Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluția NaCl și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame; - ac tip 16 G, cu fisura laterală: lungimea acului nu mai mica de 3 cm. - integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; la portiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanta de 10 cm, - asigurat cu clama la puna de plasma. - amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. Lungimea tubului nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – prezent Linia pentru separarea plame nu mai scurta de 80 cm de la bol-	CE, ISO, GMP

				centrifuga.de la ramificarea racordului Y pana la puna de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.(solicitate conform necesitatilor reale a institutiei)	centrifuga, iar de la ramificarea racordului Y pana la puna de plasma nu mai scurt de 60 cm. • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluție anticoagulantă – conținut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element care permite fixarea recipientului în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale DigiPla 80.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Șarco** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Pharmony SRL** Adresa: **mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești 4**