Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			**21061394**					**Data: „15.09.22”**	Alternativa nr.
Denumirea licitației:			Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13)						Pagina: __din __
Cod CPV	**Nr. Lot**	**Denumire Lot**	**Denumirea poziției**	**Modelul articolului**	**Țara de origine**	**Produ-cătorul**	**Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă**	**Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant**	**Standarde de referință**
1	**2**			**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
3310000-1	19	Centrifuga de laborator 24 locuri	Centrifuga de laborator 24 locuri **DM0424+ Rotor A24-15P +Adapter A15P22**	**DM0424**	CHINA	DLAB	Centrifuga de laborator 24 locuri Rotor din inox 90 grade da Posibilitatea utilizării 24 eprubete cîte 12 ml da Tuburi utilizate pînă la 17 mm diametru da Viteza maximă 3500 rpm da Viteza minimă 100 rpm da Pasul schimbării vitezelor 100 rotații da Display electronic da Butoane de schimbare a vitezei de centrifugare da Clapa pentru a bloca și debloca capacul da Posibilitatea deschiderii, în cazuri urgente da Capacul centrifugii se blochează în timpul centrifugării da "După o oprire completă deblocarea și deschiderea capacului este automată, însoțită de un semnal sonor" da "Posibilitatea de a schimba accelerația și oprirea rotorului (forțată și lentă)" da Motor cu securitate la supraîncălzire da "Viteza de centrifugare și timpul rămas sunt afișate în timp real pe display" da Camera de centrifugare este produsă din oțel inoxidabil da Camera de centrifugare este făcută dintr-un număr de diferite ecrane aerodinamice și de protecție, inclusiv din oțel inoxidabil ceea ce asigură siguranța și confortul la locul de muncă da Alimentare 220V, 50Hz	Centrifuga DM0424 de laborator 24 locuri Rotor din platic autoclavabil Posibilitatea utilizării 24 eprubete cîte 12 ml si 15 ml. da Tuburi utilizate pînă la 17 mm diametru da Viteza maximă 4000 rpm da Viteza minimă 100 rpm da Pasul schimbării vitezelor 100 rotații da Display electronic da Butoane de schimbare a vitezei de centrifugare da Clapa pentru a bloca și debloca capacul da Posibilitatea deschiderii, în cazuri urgente da Capacul centrifugii se blochează în timpul centrifugării da "După o oprire completă deblocarea și deschiderea capacului este automată, însoțită de un semnal sonor" da "Posibilitatea de a schimba accelerația și oprirea rotorului (forțată și lentă)" da "Viteza de centrifugare și timpul rămas sunt afișate în timp real pe display" da Camera de centrifugare este produsă din oțel inoxidabil da Camera de centrifugare este făcută dintr-un număr de diferite ecrane aerodinamice și de protecție, inclusiv din oțel inoxidabil ceea ce asigură siguranța și confortul la locul de muncă da Alimentare 220V, 50Hz 	**ISO,CE**

Semnat:_____ ***Nume:*** Varman Irina ***În calitate de:*** Director___

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL ***Adresa:*** mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6