

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:[Nr. ocdis-b3wdp1-MD-1591365659856 / 21024143](#).

Denumirea procedurii de achiziție: «Produse parafarmaceutice – 2020 (2)»

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articoulului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	3.Ac puncție spinală 25G cu știlet	1.01.15.101	China	Tuoren	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanța vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm.	Pencil-Point, 25G, conector transparent, Lungimea acului 90mm, distanța vârf-orificiu 1.2mm, lungimea orificiului 0,88mm, cu stilet 32mm, d 0,9mm.	CE/ISO
33600000-6	10.Canulă traheală	112426	Germania	Primed	Cu lumen dublu, canulă internă, neferestrată, cu set de conductoare, dilatatoare, ac de puncție p/u montarea transcutană.	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reintroducere atraumatică. Canula exterioară nefenestrată cu mansetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și cureau de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm.	CE/ISO
33600000-6	11.Canulă traheostomică ferestrată, cu presiune scăzută și inserare atraumatică	102436	Germania	Primed	Canulă exterioară ferestrată, cu majetă, canula interioară cu conector de 15mm, ferestrată, capac ocluziv, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril, obturator perforat și cureau de gât largă.	Canulă exterioară ferestrată, cu majetă, canula interioară cu conector de 15mm, ferestrată, capac ocluziv, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril, obturator perforat și cureau de gât largă.	CE/ISO
33600000-6	34.Mască facială tip CPAP	Joyce easy next FF	Germania	Lowenstein	Mască de ventilare p/u terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene); CE, clasul dispozitivului	Mască de ventilare p/u terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene); CE, clasul dispozitivului	CE/ISO

					conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u măsurarea presiunii cu diametru Ø 4mm, posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu contină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime \leq 22mm, valvă de protecție de asfixie, sistem de exhalatie încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfecțante), nivel de zgomot \leq 28dB.	conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u măsurarea presiunii cu diametru Ø 4mm, posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu contină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime \leq 22mm, valvă de protecție de asfixie, sistem de exhalatie încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfecțante), nivel de zgomot \leq 28dB.	
33600000-6	35.Mască facială tip VNI	Joyce easy next FF NV	Germania	Lowenstein	Mască facială tip VNI (ventilare pulmonară noninvazivă) (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene); CE, clausă dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u măsurarea presiunii cu diametru Ø 4mm, posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu contină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime \leq 22mm, valvă de protecție de asfixie, sistem de exhalatie încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfecțante), nivel de zgomot \leq 28dB.	Mască facială tip VNI (ventilare pulmonară noninvazivă) (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene); CE, clausă dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30hPa, port p/u măsurarea presiunii cu diametru Ø 4mm, posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1: Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu contină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime \leq 22mm, valvă de protecție de asfixie, sistem de exhalatie încorporat, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfecțante), nivel de zgomot \leq 28dB.	CE/ISO
33600000-6	36.Mască laringiană cu acces gastric	BlockBuster	China	Tuoren	Mască laringiană cu canal p/u acces gastric; ce poate fi folosită cu sonde de intubație orotracheală; Balon pilot cu mărimea măștii și cu nivel de umflare marcate; marcat de navigare p/u ghidajul videoșcopului; Mărimi: 3, 4, 5.	Mască laringiană cu canal p/u acces gastric; ce poate fi folosită cu sonde de intubație orotracheală; Balon pilot cu mărimea măștii și cu nivel de umflare marcate; marcat de navigare p/u ghidajul videoșcopului; Mărimi: 3, 4, 5.	CE/ISO
33600000-6	58.Set combinat AS+AE	1.01.01.107T	China	Tuoren	Componență: ac Pencil-Point 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet; ac Tuochy G18, lungimea 90mm, cu marcat la fiecare 10mm; cateter din poliamid; conector;	Componență: ac Pencil-Point 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet; ac Tuochy G18, lungimea 90mm, cu marcat la fiecare 10mm; cateter din poliamid; conector;	CE/ISO

					seringă de rezistență mică LOR-10ml; seringă de 20ml și seringă de 3ml; filtru antibacterial p/u lichide și filtru p/u aer; set de periuțe cu burete; set de pansamente sterile p/u izolarea locului de introducere; mănuși sterile.	seringă de rezistență mică LOR-10ml; seringă de 20ml și seringă de 3ml; filtru antibacterial p/u lichide și filtru p/u aer; set de periuțe cu burete; set de pansamente sterile p/u izolarea locului de introducere; mănuși sterile.	
33600000-6	60.Set p/u anestezie epidurală cu filtru	1.01.01.101T	China	Tuoren	Componența setului: ac G18 cu marcasaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial.	Componența setului: ac G18 cu marcasaj la fiecare 1cm, cateter din poliamid, conector, seringă Epimotic 10ml cu conexiune Luer Lock PERIFIX, filtru antibacterial.	CE/ISO
33600000-6	64.Set p/u traheostomie percutană dilatațională nefenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	112425	Germania	Primed	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u punctie, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm.	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u punctie, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator); Set p/u inserție atraumatică (tub de reinserție atraumatic. Canula exterioară nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrifiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8,0-9,0mm.	CE/ISO
33600000-6	70.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 14Fr/4,6mm)	1.06.06.301A E	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului , cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului , cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm.	CE/ISO
33600000-6	71.Sistem de aspirare endotraheal "cot cu pivot dublu" (54-55cm; 16Fr/5,3mm)	1.06.06.301A E	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm.	CE/ISO

33600000-6	72.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 14Fr/4,6mm)	1.06.06.301A E	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit încis cu adaptor "piesă în T" (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulți 72 ore , camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare cu circuit încis cu adaptor "piesă în T" (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulți 72 ore , camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm	CE/ISO
33600000-6	73.Sistem de aspirare endotraheal racord în "T" (54-55cm; 16Fr/5,3mm)	1.06.06.301A E	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit încis cu adaptor "piesă în T" (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulți 72 ore , camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm.	Sistem de aspirare cu circuit încis cu adaptor "piesă în T" (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulți 72 ore , camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm.	CE/ISO
33600000-6	74.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	1.06.06.301A T	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit încis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm.	Sistem de aspirare cu circuit încis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm.	CE/ISO
33600000-6	75.Sistem de aspirare traheostomie "cot cu pivot dublu" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	1.06.06.301A T	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit încis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor	Sistem de aspirare cu circuit încis cu adaptor "cot cu pivot dublu rotativ" p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie,	CE/ISO

					inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânnii, 14Fr/4,6mm.	benzi adezive cu zilele săptămânnii, 14Fr/4,6mm.	
33600000-6	76.Sistem de aspirare traheostomie racord în "T" (30,5-32cm; 14Fr/4,6mm)	1.06.06.301A T	China	Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomic, benzi adezive cu zilele săptămânnii, 14Fr/4,6mm.	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (p/u sevrajul de ventilator) p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăție numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomic, benzi adezive cu zilele săptămânnii, 14Fr/4,6mm.	CE/ISO

Semnat: este aplicată semnatura electronică

Numele, prenumele:Dobrea Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: BERHORD FARMED SRL Adresa: str. Cărămidarilor 36, MD -2059, Chisinau, Moldova