

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: LP 21058897		Data: 23.06.2022	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Reparație videocolonoscop Fujinon Fujifilm		Lot: 1	Pagina 1 din 1

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	4	5	6	7	8
1	Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L	Japonia	Fujifilm	Reparația Videocolonoscopului, model: Fujifilm EC 590 ZW3L cu înlocuirea Videocamerei format Full HD cu zoom optic - CAMERA HEAD ASSY (RoHS) P10A13370670 compatibila cu endoscop model EC 590 ZW3L. Garanței minim 6 luni Emiterea unui raport a lucrărilor indeplinite asupra endoscopului. Emiterea unui raport de testare a dispozivului.	Lucrări necesare: Reparația Videocolonoscopului, model: Fujifilm EC 590 ZW3L cu înlocuirea Videocamerei format Full HD cu zoom optic - CAMERA HEAD ASSY (RoHS) P10A13370670, compatibila cu endoscop model EC 590 ZW3L. - DA; Garanței minim 6 luni - DA; Emiterea unui raport a lucrărilor indeplinite asupra endoscopului - DA; Emiterea unui raport de testare a dispozivului - DA.	Conform cerintelor

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova