

Specificatii Tehnice

**IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”**

Numărul procedurii de achiziție :ocds-b3wdp1-MD-1732875114769 / 21317825 din 09.12.2024	Alternativa
---	-------------

Denumirea procedurii de achiziție: <b>achiziționarea de reactivi-reagenți și consumabile de laborator pentru IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, pentru anul 2025</b>	<b>Lot : 9,10,11,12</b>	pag 1 din 2
--	-------------------------	-------------

Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7

**Lotul 9. Helicobacter pylori Antigen**

9.1.Helicobacter pylori Antigen în masele fecale	<b>H. pylori Antigen Test Cassette, nr.catalog IHP-602</b>	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	<p>În trusă:Casetă ambalată individual, eprubetă cu diluant și pipetă dozator; sensibilitate 99% și specificitate ≥98,1%.1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Liniiile colorate la toate casetele in timpul testării să fie la același nivel.</p> <p>2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p>Teste rapide pentru determinarea <b>Antigehului H.Pylori</b> din materiile fecale <b>In trusa sunt incluse : caseta ambalata individual,eprubeta cu diluant si pipeta dozator</b> Sensibilitatea testului rapid &gt;99.9 % , iar specificitatea de 98.1 % in raport cu metode bazate pe endoscop. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare ale produsului sunt indicate pe ambalaj si coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator - nu mai mic de 12 luni. La cerere prezentam mostre pentru testare.. In set sunt inclusi toți reagenții necesari pentru reacție. <b>Instructiunea se anexeaza</b></p>	<p>Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO <b>Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377308</b></p>
--	--	-------	---------------------------------	--	---	--

**Lotul 10. Troponine**

33696500-0	10.1. Troponine I	<b>cTnI-Test rapid cassette, nr.catalog CTI-402</b>	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	<p>Casetă ambalată individual. În ambalajul individual să fie inclusă și o pipetă. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p><b>cTnI - Test rapid la Troponina I. Caseta ambalata individual.Pipeta inclusa</b> Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marker cardiac. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare ale produsului sunt indicate pe ambalaj si coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator - nu mai mic de 12 luni. La cerere prezentam mostre pentru testare.. In set sunt inclusi toți reagenții necesari pentru reacție. <b>Instructiunea se anexeaza</b></p>	<p>Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO <b>Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377338</b></p>
------------	-------------------	---	-------	---------------------------------	---	--	--

**Lotul 11. HBsAg**

11.1. HBsAg	<b>HBsAg Test cassette, nr.catalog IHBSG-402</b>	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	<p>Casetă ambalată individual. În ambalajul individual să fie inclusă și o pipetă. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p><b>HBSAG - RAPID TEST- CARD Caseta ambalata individual.Pipeta inclusa</b> Testul HBsAg este un test in vitro imunocromatografic, rapid, conceput pentru detectia calitativă antigenului hepatic B, în ser uman, plasma (heparină, EDTA și citrați de sodiu) sau sânge integral venos (heparină, EDTA și citrați de sodiu). Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare ale produsului sunt indicate pe ambalaj si coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator - nu mai mic de 12 luni. La cerere prezentam mostre pentru testare.. In set sunt inclusi toți reagenții necesari pentru reacție. <b>Instructiunea se anexeaza</b></p>	<p>Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO <b>Nr.inregistrarii la AMDM DM000377191</b></p>
-------------	--	-------	---------------------------------	---	--	--

**Lotul 12. Anti HCV**

	12.1. Anti HCV	<b>HCV Test cassette,</b> nr.catalog <b>IHC-402</b>	China	HANGZHOU <b>ALLTEST</b> BIOTEH CO.,LTD	<p>Casetă ambalată individual. În ambalajul individual să fie inclusă și o pipetă.</p> <p>1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni.</p> <p>2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.</p>	<p><b>HCV - RAPID TEST CARD</b> <b>Caseta ambalata individual.Pipeta inclusa</b></p> <p>Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti HCV în sângele capilar/ser/plasma.</p> <p>Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti- HCV este analiză rapidă imunocromatografică in vitro, concepută pentru detecția calitativă a anticorpilor specifici pentru HCV, în ser uman, plasma heparină, EDTA și citrat de sodiu), sângele venos și sângele capilar.</p> <p>Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător.</p> <p>Denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare ale produsului sunt indicate pe ambalaj si coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator - nu mai mic de 12 luni.</p> <p>La cerere prezentam mostre pentru testare.. In set sunt inclusi toți reagenții necesari pentru reacție. <b>Instructiunea se anexeaza</b></p>	<p>Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO <b>Nr. inregistrarii la AMDM DM000377190</b></p>
--	----------------	---	-------	---	--	--	---

Numele, Prenumele : Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Dokucaev,6  
semnat electronic