

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1687269178268
Obiectul achiziției: “ Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 14) ”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare (poziția 2.1)	NV 800	Irlanda	Novaerus	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare Descriere Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Parametru Specificație Volum efectiv de prelucrare 250 m³/oră, ±50 m³/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) sau tehnologie similară Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1 Consum de energie ≤ 1200 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan	Numar de inregistrare in registrul de Stat al DM – DM0001889 Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator)_capacitate mare Descriere Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Parametru Specificație Volum efectiv de prelucrare 220 m³/oră ... 260 m³/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza: tartare cu pasmă (avantaj) Termenul efectiv de lucru al componentelor utilizate: fără limită a numărului de ore (avantaj) Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare Carcasa dispozitivului Oțel acoperire anticorozivă Nivelul maximal de zgomot 45 dB Număr ventilatoare pentru recirculare aer: 1 Consum de energie ≤ 1200 W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz Metoda de montare / fixare pe perete vertical	CE, ISO

Semnat: _____
Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Nume: Andrei MATEI
Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator