

Specificații preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	21432986 din 16.06.2025		Data: „16” iunie 2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea utilajului medical și consumabile		Lot: 88, 90, 97	Pagina:1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimată
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	88	Simulator instruire puncție arterială	Simulator instruire puncție arterială	buc	1	24,900.00	29,880.00	24,900.00	29,880.00	60 zile din momentul semnării contractului	25,864.00
33100000-1	90	Spălător microplăci analog Biosan	Spălător microplăci analog Biosan	buc	1	56,300.00	67,560.00	56,300.00	67,560.00	60 zile din momentul semnării contractului	66,666.67
33100000-1	97	Aparat EKG CMS 1200 G portabil cu 12	Aparat EKG CMS 1200 G portabil cu	buc	1	24,900.00	29,880.00	24,900.00	29,880.00	60 zile din momentul semnării contractului	25,833.33
						TOTAL Oferta		106,100.00	127,320.00	X	X

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în

Numărul licitației:			214132986					Data:16 Iunie 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea utilajului medical și consumabile					Lot: 88, 90, 97	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	88	Simulator instruire puncție arterială	Simulator instruire puncție arterială	375-80001	Norvegia	Laerdal Medical AS	Să ofere design inovator și să permită simularea unei experiențe reale, pentru asigurarea tehnicilor corecte și îmbunătățirea competențelor • Să prezinte puls arterial palpabil • Să opună rezistență realistă la trecerea acului prin țesutul și peretele arterei • Să prezinte retur de sânge realist • Să poată simula plasarea liniei arteriale radiale • Să nu rămână urme pe locul de injectare • Să ofere conexiuni sigure, fără scurgeri • Să permită dobândirea următoarelor abilități: - Efectuarea puncției arteriale radiale - Prelevare de sânge arterial - Plasarea liniei radiale Termen de garanție min 12 luni	Vezi Anexa 1 la lot 88	ISO; CE
33100000-1	90	Spălător microplăci analog Biosan	Spălător microplăci analog Biosan	MPW-H330	China	Infitek	Spalatorul analog Biosan 3D-IW8 pentru microplaci - pentru spalarea diferitelor tipuri de placi cu 96 de godeuri. Sistem de dozare de lichid separat pentru fiecare program. Posibilitatea de a utiliza microplaci de la diferiti producator. Posibilitatea adaugarii unei solutii suplimentare in intervalul de timp dintre doua cicluri de timp. Ajustarea parametrilor in programele definite. 3 moduri diferite: de spalare, de clatire, de amestecare. Volum minim distribuit 25 µl, Volum maxim 1600 µl, rezoluție distribuție 25 µl, cicluri spălare de la 1 pînă la 15, 50 de programe	Vezi Anexa 1 la lot 90	ISO; CE
33100000-1	97	Aparat EKG portabil cu 12 canale	Aparat EKG portabil cu 12 canale	CMS 1200 G	China	Infitek	Echivalent CMS 1200 G Electrocardiograf portabil Canale: 12 Afîşaj: LCD color, minim 7 inch Viteză de înregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s Mod de operare: manual şi automat Alimentare: baterie reîncărcabilă şi adaptor de reţea	Vezi Anexa 1 la lot 97	ISO; CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chişinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**

Anexa 1 la specificația tehnică

Lot 88. Simulator instruire puncție arterială

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Să ofere design inovator și să permită simularea unei experiențe reale, pentru asigurarea tehnicilor corecte și îmbunătățirea competențelor	Reproduce un braț de adult, de dimensiuni reale, cu artere infiltrate pentru instruirea corespunzătoare a procedurii puncției arteriale pentru analiza gazelor sanguine. Brațul este prevăzut cu Încheietura flexibilă și o pernuță injectabilă în zona deltoidului. Vezi broșură atașată.
Să prezinte puls arterial palpabil	Cu ajutorul unei pompițe cu furtun, se poate genera manual tensiunea arterială în sistem Vezi broșură atașată.
Să opună rezistență realistă la trecerea acului prin țesutul și peretele arterei	Brațul și venele sunt construite din materiale de calitate, care simulează cu mare precizie pielea și venele unui pacient adult normal, cu rezistență realistă la acces și cu capacitatea de a se autosigila după scoaterea acului Vezi broșură atașată.
Să prezinte retur de sânge realist	Arterele pot fi infuzate și se poate crea presiune în sistem, permițând sângelui să intre în seringă (retur de sânge) Vezi broșură atașată.
Să poată simula plasarea liniei arteriale radiale	Se poate efectua palparea arterială Vezi broșură atașată.
Să nu rămână urme pe locul de injectare	Brațul și venele sunt construite din materiale de calitate, cu capacitatea de a se autosigila după scoaterea acului Vezi broșură atașată.
Să ofere conexiuni sigure, fără scurgeri	Da, simulatorul permite conexiuni sigure, fără scurgeri. Vezi broșură atașată.
Să permită dobândirea următoarelor abilități:	
Efectuarea puncției arteriale radiale	Zonele de puncție percutanată sunt la arterele brahială și radială Vezi broșură atașată.
Prelevare de sânge arterial	În configurația de livrare este inclus sânge artificial. Vezi broșură atașată.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Plasarea liniei radiale	Zonele de puncție percutanată sunt la arterele brahială și radială Vezi broșură atașată.
Termen de garanție min 12 luni	Termen de garanție: 24 de luni.

Anexa 1 la specificația tehnică

Lot 90 –Spălător microplăci analog Biosan

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Spalatorul analog Biosan 3D-IW8 pentru microplaci - pentru spalarea diferitelor tipuri de placi cu 96 de godeuri.	Spălător microplăci Infitek model MPW-H330 . Aparatul este potrivit pentru spalarea microplacilor cu diferite funduri (plate, în forma de U sau V). Suplimentar, aparatul are opțiunea de spăla strip-uri. Vezi prospect atașat pagina 3, Ref. 1
Sistem de dozare de lichid separat pentru fiecare program.	Volumul lichidului se poate selecta în funcție de necesitatea utilizatorului, între:10μL~9999μL Reglabil, pas de 1μL. Vezi manual română atașat pagina 5, Ref. 1
Posibilitatea de a utiliza microplaci de la diferiti producator.	Spălătorul microplăci Infitek model MPW-H330 este sistem deschis, întrucât microplăcile indiferent de producător sunt standardizate.
Posibilitatea adaugarii unei solutii suplimentare in intervalul de timp dintre doua cicluri de timp.	Echipamentul permite întreruperea sau revenirea la programul de spalare în timpul spalarii. Vezi manual română atașat pagina 11, Ref. 2
Ajustarea parametrilor în programele definite.	Ajustarea parametrilor în programele definite este posibilă deoarece spălătorul suportă peste 100 de programe ce pot fi definite de utilizator Vezi prospect atașat pagina 3, Ref. 2
3 moduri diferite: de spalare, de clatire, de amestecare.	Da, Spălătorul microplăci Infitek model MPW-H330 permite 3 moduri diferite: de spalare, de clatire, de amestecare. Vezi prospect atașat pagina 3, Ref. 3
Volum minim distribuit 25 μl	Superior: Volumul distribuit este reglabil între 10-3000μl, ajustabil în pași de 1μl. Vezi prospect atașat pagina 3, Ref. 4
Volum maxim 1600 μl	Superior: Volumul distribuit este reglabil între 10-3000μl, ajustabil în pași de 1μl. Vezi prospect atașat pagina 3, Ref. 4

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
rezoluție distribuție 25 µl,	Superior: Volumul distribuit este ajustabil în pași de 1µl. Vezi prospect atașat pagina 3, Ref. 4
cicluri spălare de la 1 până la 15,	Superior: Cicluri de spălare de la 1 la 99, ajustabile. Vezi prospect atașat pagina 3, Ref. 5
50 de programe	Superior: spălătorul suportă peste 100 de programe ce pot fi definite de utilizator Vezi prospect atașat pagina 3, Ref. 2

Anexa 1 la specificația tehnică

Lot 97 – Aparat EKG CMS 1200 G portabil cu 12 canale

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Electrocardiograf portabil Canale: 12	Electrocardiograf portabil Canale: 12 Vezi prospect atașat pagina 4
Afișaj: LCD color, minim 7 inch	Afișaj: LCD color, minim 7 inch Vezi prospect atașat pagina 4
Viteză de înregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s	Viteză de înregistrare: 6.25, 12.5, 25, 50mm/s ($\pm 3\%$) Vezi prospect atașat pagina 4.
Mod de operare: manual și automat	Mod de operare: manual și automat Vezi prospect atașat pagina 4
Alimentare: baterie reîncărcabilă și adaptor de rețea	Alimentare: baterie reîncărcabilă și adaptor de rețea Vezi prospect atașat pagina 4