

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21310596, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1731504239776 din „25” noiembrie 2024

Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator necesar suplimentar pentru anul 2024

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/cod de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
Lot 6 Carduri pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive AST 592	VITEK® 2 AST-P592, 22287	SUA	bioMerieux, Inc.	Carduri pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive AST 592 Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	VITEK® 2 AST-P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Enterococcus spp.</i> , și <i>S. agalactiae</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	DM000306631

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **S.R.L. Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1