

SPECIFICAȚII TEHNICE
Solicitant: IMSP Institutul Oncologic

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1745579267871 / 21412176	din 05 mai 2025
Obiectul de achiziție: Piese și accesorii pentru dispozitive medicale		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
1	33100000-1	Electrovalvă dublă pentru Matachana MAT LD521XLS	SOLENOID VALVE DOUBLE	Matachana	Spania	Electrovalvă dublă pentru Matachana MAT LD521XLS	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul echipamentului Matachana MAT LD521XLS	CE, ISO
2	33100000-1	Electrovalvă pentru MAT LD521XLS	SOLENOID VALVE SINGLE	Matachana	Spania	Electrovalvă pentru Matachana MAT LD521XLS	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul echipamentului Matachana MAT LD521XLS	CE, ISO
3	33100000-1	Tub intern 5X7.5MM pentru MAT LD521XLS	METER TRANSPARENT PLASTIC TUBE 5X7.5MM	Matachana	Spania	Tub intern 5X7.5MM pentru Matachana MAT LD521XLS	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul echipamentului Matachana MAT LD521XLS	CE, ISO
4	33100000-1	Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	NON-RETURN VALVE WITH FILTER STAINLESS STEEL 1/2"	Matachana	Spania	Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO
5	33100000-1	Supapă de retur (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	NON-RETURN VALVE BRASS 1 "SEAL OF OSCILLATING GENE BRE	Matachana	Spania	Supapă de retur (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO
6	33100000-1	Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	BATTERY CR2477	Matachana	Spania	Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO
7	33100000-1	Supapă electropneumatică (YV70), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	ELECTROVALVE 2/2 WAYS, 1/8 "G-H, DN3, 220V-50HZ, N.TO.	Matachana	Spania	Supapă electropneumatică (YV70), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO
8	33100000-1	Supapă hidropneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	VALVE STAINLESS STEEL HYDROPNEUMATIC BURKERT. 2 WAYS 3/4"	Matachana	Spania	Supapă hidropneumatică NC (NV5), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO
9	33100000-1	Supapă hidropneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	STAINLESS STEEL HYDROPNEUMATIC VALVE 1/2"	Matachana	Spania	Supapă hidropneumatică NC (NV1), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO
10	33100000-1	Supapă hidropneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	VALVE STAINLESS STEEL HYDROPNEUMATIC BURKERT. 2 WAYS 1 "	Matachana	Spania	Supapă hidropneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
11	33100000-1	Supapă hidropneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	VALVE HYDROPNEUMATIC 1/2"	Matachana	Spania	Supapă hidropneumatică NC (NV15), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO
12	33100000-1	Garnitură de etanșare pentru supapă electropneumatică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	KIT FOR JOINT + 2 SCREW TO FIX SOLENOID VALVE 3/2 OUTPUT M7	Matachana	Spania	Garnitură de etanșare pentru supapă electropneumatică, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul Sterilizatorului cu aburi Matachana S1008	CE, ISO
15	33100000-1	Fabius GS Service Set (2 ani)	Fabius GS ServSet (1 year) + Maintenance-Kit COSY 2.n, 2y	Draeger	Germania	Un set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(filtru pentru conectorul de aer și O2, filtru pentru analizatorul de gaze si altele, filtru de aer, baterie), compatibil cu Drager Fabius Plus	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul echipamentului Draeger Fabius Plus XL: Chit de mentenanta de 1 an + Chit de mentenanta COSY 2.n, 2y	CE, ISO
16	33100000-1	Sensor O2, Drager Fabius Plus XL	O2-SENSOR (Capsule)	Draeger	Germania	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Conform cerințelor. Produsul este original de la producatorul echipamentului Draeger Fabius Plus XL	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**