

Specificatii tehnice (FA.1)

**IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

Numărul procedurii de achiziție: 21030698

Data: 26.11.2020

Alternativa nr.

Denumirea procedurii de achiziție: **Reactive și consumabile de laborator\_7**

Lot:

Pagina 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	Strip-test rapid pentru detectarea Antigenului SARS-CoV-2	ICOV-502	China	AT	<p>Cerințele p/u articole: Cerințe generale*-Nota** Strip-test imunologic rapid COVID-19 Antigen, metoda imunocromatografică rapidă pentru detectarea calitativă specifică a Antigenului SARS-CoV-2.</p> <p>Componența setului: (a) Strip-test carduri ambalate individual într-o pungă de folie cu desiccant; (b) Tub sigilat cu soluție tampon sterilă pentru extracția și solubilizarea antigenului viral; (c) Capac-duză pentru sigilarea tubului cu antigenul solubilizat după recoltare; (d) Băghete-tampon sterile ambalate individual pentru recoltarea materialului biologic din nasofaringe; (e) Instrucțiune de utilizare; Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%; Specificitatea clinică a metodei analitice - minim 99%.</p>	<p><b>Strip-test rapid pentru detectarea Antigenului SARS-CoV-2</b></p> <p>Cerințele p/u articole: Cerințe generale*-Nota** Strip-test imunologic rapid COVID-19 Antigen, metoda imunocromatografică rapidă pentru detectarea calitativă specifică a Antigenului SARS-CoV-2. Componența setului: (a) Strip-test carduri ambalate individual într-o pungă de folie cu desiccant; (b) Tub sigilat cu soluție tampon sterilă pentru extracția și solubilizarea antigenului viral; (c) Capac-duză pentru sigilarea tubului cu antigenul solubilizat după recoltare; (d) Băghete-tampon sterile ambalate individual pentru recoltarea materialului biologic din nasofaringe; (e) Instrucțiune de utilizare; Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%; Specificitatea clinică a metodei analitice - minim 99%.</p>	ISO, CE.

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: Valeriu Vîna în calitate de: Director

Ofertantului: ProfilabDiagnostic SRL Adresă: Imună Clisinau, str. Morita, 5

