

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713968214720 din 17 mai 2024, 8:02 - 6 iun 2024, 8:02

Obiectul achiziției: Achiziția Echipamente medicale și accesorii compatibile cu cabinetul de IRM 3Tesla (Vantage Galan 3T, Canon) și Trolieu de urgență cu dispozitive de resuscitare conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	16	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă	Cardiomax	Brazilia	Instramed	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) Descriere: Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate. Specificația Parametrul Selectarea energiei: ""adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"" Controlul padelelor: - Setarea energiei da - Încărcare da - Descărcarea energiei da - Forma de undă la ieșire bifazică - Sincronizator da - Regim de operare: - Defibrilare manuală da - Defibrilare Automată (AED) da - Monitor funcții vitale (ECG, SpO₂, NIBP) da - Cardiostimulare externă (pacemaker) da - Mărimea display ≥ 6 inch - TFT LCD color, LED da - Rezoluția 640 x 480 pix. - Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III - Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da - Afișarea ritmului cardiac da - Alarmer ale ritmului cardiac da - Frecvența de lucru 0.05-100 Hz - Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi da - Diapazon 30 - 300 BPM - Acuratețea ± 1 BPM - Depistare pacemaker da - Protecție în potruva șocurilor de defibrilare ≥ 400 J - Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT - Cardiostimulare externă (Pacemaker) da - Modul de stimulare cu rată fixă da - Modul de stimulare deamand da - Rata de stimulare 30-200 bpm, ± 1bpm - Curentul de ieșire 0 - 200 mA - Lățimea pulsului 5 - 40 msec. - Rezoluția, curent de ieșire 1 mA - Durată puls >20 ms - Imprimantă pentru ECG - Viteza hîrtiei 25, 50 mm/sec - Imprimantă termică încorporată da - Printare auto sau manuală	Conform anexei nr. 1, Conform broșurii anexate	DM000613812

					Adnotări: ora da data da derivația da ritmul cardiac da modul de operare da forma undeî descărcate da Funcția sumară da Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatea de stocare ≥ 3 ore ""Soft specializat pentru PC"" Dacă este necesar de soft pentru interpretarea înregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să fie inclus softul și cablul pentru conexiune cu PC da Modul SpO2 da Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%, $\pm 2\%$ Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de alarmă da Modul NIBP da Regim de măsurare paciente adult, pediatric, nou-născut da Acuratețea NIBP ± 3 mmHg Limita maximă a tensiunii arteriale 300 mmHg Regim automat de măsurare 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Mesaje de alarmă da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da timp de lucru baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări Greutatea < 8 kg Accesorii Padele: Adult, reutilizabile 1 set. Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice) 1 set. Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare: Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 5 set. Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set. Electrozi pacemaker: Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 5 set. Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, termen valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set. Cablu ECG, reutilizabil cu 3 fire 1 buc. Electrozi ECG: Adult, unică utilizare, cu termen valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc. Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc. Senzor SpO2: Adult, reutilizabil 1 buc. Pediatric, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP: Adult, reutilizabil 2 buc. Pediatric, reutilizabil 2 buc. Hîrtie termică 5 buc. Gel de contact 250 ml Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Manual de utilizator în limba română și engleză	
--	--	--	--	--	---	--

						Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**