

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21433777 din 30.06.2025**Obiectul de achiziție: "Necesarul de piese de schimb, accesorii și consumabile pentru dispozitive medicale pentru anul 2025" REPETAT**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 13						
Acumulator 12v ref:1841416	110780	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12v 3.5Ah, ref:1841416, compatibil cu Mașina de Anestezie Dräger Fabius Plus	Baterie cu plumb AKKUmec potrivită pentru Dräger Vent Evita 4, 07895315200, 1841416 12 Volți 3,4 Ah - dimensiuni aprox. în mm 134x69,8x66 - Faston 4,8 mm - greutate aprox. 1,2 kg	EU Declaration of Conformity
Total lot 13						
Lotul 14						
Acumulator 12v 15Ah	399179	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12v 15Ah, compatibil cu Masa pentru operații Inspital OT80.20K	Baterie plumb-acid Multipower MP15-12C, MPC15-12 - rezistentă la cicluri 12 Volți 15,0 Ah - dimensiuni aproximative în mm 151x99x95 (104,5) - greutate aproximativă 4,46 kg - faston de 6,3 mm	ISO
Total lot 14						
Lotul 15						
Acumulator 12v 9Ah	399138	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12v 9Ah, compatibil cu sursa UPS	Baterie plumb-acid Multipower MP1236H - Aplicație pentru curent ridicat 12 Volți 9,0 Ah - dimensiuni aproximative în mm 151x65x94 - greutate aproximativă 2,7 kg - faston de 6,3 mm.	ISO
Total lot 15						
Lotul 16						
Acumulator 12v 7Ah	311270	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator 12v 7Ah, compatibil cu sursa UPS	Baterie plumb-acid CoPacks CP1270 cu aprobare VDS 12 Volți 7,0 Ah - dimensiuni aproximative în mm 151x65x94 - greutate aproximativă 2,25 kg - faston de 4,8 mm.	ISO
Total lot 16						
Lotul 20						
Baterie 1.5v tip C	201205	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie tip C, ref.LR14 C E93, 1.5V	Baterie foto alcalină Agfa Baby, C, LR14 1,5 Volți	ISO
Total lot 20						
Lotul 21						
Baterie 1.5v tip D	201206	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie tip D, ref.13 G U2, 1.5V	Baterie foto alcalină Agfa Mono, D, LR20 1,5 volți	ISO
Total lot 21						
Lotul 24						
Sensor SpO2 Masimo, unica folosinta, pediatric 10-50kg, LNCS Pdtx	U401-C(D19CA)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Sensor SpO2 unica folosinta, tip Masimo LNCS Pdtx, compatibil cu monitor pentru pacient Philips MX550	Senzor SpO2 de unică folosință / Unică folosință Masimo - LNCS 9 pini Pediatric Micro spumă 0,9 m	CE
Total lot 24						

Lotul 26						
Cablu interconector SpO2 masimo - Philips MX550	U783-3BL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co. Ltd	Cablu interconector SpO2 masimo LNCS DC-1, min.2 metri, compatibil cu monitor pentru pacient Philips MX550	Cablu interconector SpO2 masimo LNCS DC-1, 2.4 metri, compatibil cu monitor pentru pacient Philips MX550	CE
Total lot 26						
Lotul 31						
Electrozi holter ECG - 72h	19.000.00.457	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Electrozi ECG calitate superioară pentru holter 24-72h ,material din țesătură, hârtie respirabilă, bumbac sau PE și spumă cu adeziv hipoalergenice medical, compatibil cu holter Cardioline Walk400h	<p>Electrod ECG pentru copii, nesteril, fabricat din spumă PE impermeabil la lichide cu buton de presare, oval, diametru 35 mm. Electrodul este testat conform ISO-10993, biocompatibil. Potențial alergenice: Fără latex Tip de gel: Gel umed Material: Suport: Spumă PE cu adeziv acrilic medical (40 g/m²); Nit senzor: ABS, acoperire Ag/AgCl; Burete: PET; Buton de presare: oțel inoxidabil; Gel: Hidrogel pentru ECG; Capac: PET siliconat Steril: Nu</p>	CE
Total lot 31						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23