

### Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1722254188178</b>
Obiectul achiziției: <b>“Ușa radioprotectoare pentru cabinetul radiologie, electrocasnice pentru anul 2024 (REPETAT)”</b>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
Ușa radioprotectoare <b>Lot 1</b>	Ușa radioprotectoare Dimensiuni 2000x1150 mm (cu deschidere dubla)	<b>RM</b>	<b>Ancotec-Sistem SRL</b>	Dimensiuni 2000x1150 mm (cu deschidere dubla) balamale minere metalice Foaie de plumb 2 mm Placă de oțel 3mm Livrare și Instalare gratuita In costul lucrărilor să fie demontării ușii, tencuirea și zugrăvirea glafurilor. garanția, minim 24 luni	Dimensiuni 2000x1150 mm (cu deschidere dubla) balamale minere metalice Foaie de plumb 2 mm Placă de oțel 3mm Livrare și Instalare gratuita In costul lucrărilor să fie demontării ușii, tencuirea și zugrăvirea glafurilor. garanția, minim 24 luni	<b>CE, ISO</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)