

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21045574, MTender ID ocbs-b3wdp1-MD-1634625627460 din „09” noiembrie 2021
Obiectul achiziției:	Reactive și consumabile de laborator 5

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
3	Carduri „Vitek,, 2AST GN 75	AST-GN75, 413432	SUA	bioMerieux Inc.	Marcaj CE . Carduri pentru testarea sensibilitatii la antibiotice la bacteriile Gr.-negative.	AST-GN75. Cardurile pentru testarea susceptibilitatii bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizarii cu sistemele VITEK 2 in laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agentii antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificatie clinica conform instructiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
4	Carduri „Vitek,, 2 GN identificare enterobacterii	VITEK® 2 GN, 21341	SUA	bioMerieux Inc.	Marcaj CE . Carduri de identificare a bacteriilor Gram-negative.	VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO
5	Carduri „Vitek,, 2AST GN 204	VITEK® 2 AST-N204, 412865	SUA	bioMerieux Inc.	Marcaj CE . Carduri pentru testarea sensibilitatii la antibiotice la bacteriile Gr.-negative.	VITEK® 2 AST-N204. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: SRL **Mediclin AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1

Data: 05.11.2021