

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1618484888159	Data: „26” aprilie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Respiratoare pentru anul 2021	Lot: 1	Pagina: din

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33157400-9	1	Mască respirator tip FFP2/FFP3/KN95/N99, fără supapă	Respiratoare FFP2 (Model HK-Z03)	China	Changzhou Huankang Medical Device Co., Ltd.	Mască respirator tip FFP2/FFP3/KN95/N99, fără supapă: -clemă de fixare și reglare în zona nasului (contactul între clemă și nas să fie protejat prin bandă din burete); -sistem de prindere prin 2 benzi elastice de fixare după cap (confectionate din material țesut și elastic) care asigură o tensiune uniformă pe toată suprafața capului și garantează o fixare sigură pentru diverse dimensiuni și conformații ale capului. Benzile fixate sigur de respirator. -filtrare antibacteriană min.94% conform standardului FFP2/FFP3/KN95/N99, cu protecție maximă împotriva aerosolilor solizi și lichizi; -garantează utilizarea continuă pe perioadă mai lungă de timp, masca trebuie să acopere nasul, gura și bărbia, să reducă riscul formării condensatului pe lentilele ochelarilor și pe echipamentul de protecție oculară; -formă ergonomică, flexibilă, moale, nesterilă, hipoaergică, ermiabilitate bună a aerului.	Mască respirator tip FFP2, fără supapă: -clemă de fixare și reglare în zona nasului (contactul între clemă și nas este protejat prin bandă din burete); -sistem de prindere prin 2 benzi elastice de fixare după cap (confectionate din material țesut și elastic) care asigură o tensiune uniformă pe toată suprafața capului și garantează o fixare sigură pentru diverse dimensiuni și conformații ale capului. Benzile fixate sigur de respirator. -filtrare antibacteriană min.94% conform standardului FFP2, cu protecție maximă împotriva aerosolilor solizi și lichizi; -garantează utilizarea continuă pe perioadă mai lungă de timp, masca acoperă nasul, gura și bărbia, reduce riscul formării condensatului pe lentilele ochelarilor și pe echipamentul de protecție oculară; -formă ergonomică, flexibilă, moale, nesterilă, hipoaergică, ermiabilitate bună a aerului.	Test report EN 1492001 +A1: 2009, ISO 9001
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS “Farmina” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**