

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1725628269242 din 16 sept 2024, 14:30 - 7 oct 2024, 14:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 20)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	12	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă	Brain Quick	Italia	Micromed	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă Cod 260120 Descriere Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EEG și primează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG obligatoriu Monitorizarea EEG obligatoriu PSG (Polysomnography) obligatoriu LTM (Long Term Monitoring) obligatoriu Electroencefalografia obligatoriu Altele obligatoriu Numărul de canale EEG ≥ 32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz > 200 Display Funcția freez obligatoriu Afișare derivații ≥ 32 Dimensiuni ≥ 20 " EEG în timp real obligatoriu Verificarea impedenței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impedența preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Calibrarea automată obligatoriu Rata de calibrare selectată de utilizator obligatoriu Detectarea și interpretarea datelor obligatoriu Alarmer obligatoriu Video digital LTM obligatoriu minim. SD obligatoriu Sincronizarea cu EEG obligatoriu Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 ore Fotostimulator obligatoriu Interfașă de ieșire obligatoriu	Brain Quick, Micromed Da Da, BQ.pdf, pag. 9 Da, BQ.pdf, pag. 9 Da, BQ.pdf, pag. 9 Da, BQ.pdf, pag. 9 Da, BQ.pdf, pag. 9 Da, EMG, EP, IOM, BQ.pdf, pag. 9 Da, SD PLUS FLEXI 38, sd.pdf, pag 8 Da, sd.pdf, pag 8 Da, 16KHz, sd.pdf, pag 8 Da, BQ.pdf, pag. 99 Da, BQ.pdf, pag. 13 Da, 22", BQ.pdf, pag. 10 Da, BQ.pdf, pag. 202 Da, BQ.pdf, pag. 153-154 Da, CMRR, sd.pdf, pag 29 Da, 1Gohm, sd.pdf, pag 29 Da, BQ.pdf, pag. 130 Da, la monitor BQ.pdf, pag. 130 Da, BQ.pdf, pag. 13 Da, BQ.pdf, pag. 199-200 Da, BQ.pdf, pag. 83 Da, SD Da Da, spatiul HDD, BQ.pdf, pag. 132-133 Da, BQ.pdf, pag. 156-157 Da, pentru photostimulator	DM000426496 DM000426488

						I/O auxiliare oblicatoriu SISTEM PC CPU Intel Core 2 Duo, HDD min. 1 TB, RAM min.4 Gb, Windows 7/8/10 +licență oblicatoriu Tip de stocare HDD, purtători mobili (CD-R, DVD), USB flash drive; oblicatoriu Printer oblicatoriu Adnotări Valorile filtrului, Scala orizontală și verticală, evenimente, ora/data, ID Pacient oblicatoriu Afișări Afișare oră, data oblicatoriu Afișare ID pacient oblicatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz oblicatoriu	Da, sd.pdf, pag 8 Da, Intel i7 2.1 GHz sau mai rapid, 16Gb RAM, 1TB HDD, Windows 10 licenta, DVD-RW, Da, USB-Flash 64 GB Da, Canon Da, BQ.pdf, pag. 22, 42, 127, 142, 24,241 Da	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**