

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783517141738	Data: „17” august 2026
Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027 Coduri Generice	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
---------	---------	--------------	--------------------	---------------------	-----------------	--------------	---	---	------------------------

33100000 -1	25	Lot-25- Sterilizator 400 L 270350	Lot-25- Sterilizator 400 L 270350	Stericell	Cehia	BMT MEDICAL TECHNOLOGY S.R.O.	Sterilizator 400 L Cod 270350 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la	Sterilizator 404L/Stericell 404 Cod 270350 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată,	DM00020767 7
----------------	----	--	--	-----------	-------	--	---	---	-----------------

						supraîncălzire analogical digitală Alarme acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 400 ±50 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Abaterea temperatură nu mai mare de 3°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 45 min, pînă la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 8, din oțel inox Alimentare 380 V, 50 Hz	controlată electronic: tehnologie Fuzzy Logic Construcție interioară oțel inox: AISI 304, pliant pag.1 Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile: Da, pag.17 Manual Protecție la supraîncălzire analogical digitală - termostat de siguranta; Alarme acustică - Da,pliant pag.1 vizuală - Da, pliant pag.1 Diagnostic automat cu afișarea codului erorii: Da, pag.20-21	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

[illegible]

								mentine temperatura constanta si reduce consumul de energie. Conform DIN12880. Abatere timp $\leq$ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată $\leq$ 60 min, depinde de incarcatura. Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 20 min 160°C, 60 min 170°C, 30 min + 2 programe de uscare Mentionam: regimul de sterilizare poate fi modificat conform necesitatii beneficiarului (personaliza): tip/volum	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								incarcatura; PROGRAMS EDITING - pag.17 Manual Totodata, regimul solicitat: 120°C, 45 min nu este specific pentru sterilizatoarele cu aer uscat! Rezoluția de programare 1°C, Da, pag.18 (pana la zecimi) Timpul de răcire $\leq$ 45 min, pînă la 75°C Deconectare de avariere la temperatura: termostat de siguranta, reglabil de la 0- 280°C, pag.21 Manual Tipul de funcționare fără întrerupere $\geq$ 8 ore Rafturi $\geq$ 8, din oțel inox, inlus MC001085 (2	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									standard+6 aditional) pentru fiecare uniate; Alimentare 400/3PE V, 50/60 Hz - Dispozitiv de capacitate mare.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: A. Bat În calitate de: manager achizitii
Ofertantul: IM "Becor" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Calea Orheiului 111/5